

SERTIFIKAT ANALIZE

Šifra proizvoda: PRM001	Naziv: Nutrient Agar Plate	Lot br: 0002726A
Izveštaj br: 0002726A	Datum proizvodnje: 15.01.2026.	Datum isteka roka: 13.08.2026.

Sastav (u 1000 mL podloge)	
Peptinski hidrolizat životinjskog tkiva	5,000 g
Natrijum hlorid	5,000 g
Govedi ekstrakt	1,500 g
Ekstrakt kvasca	1,500 g
Agar	15,000 g

Opšte karakteristike		Kriterijum	Rezultat
Boja		Svetlo žuta	Potvrđeno
Izgled		Providan do blago opalescentan gel	Potvrđeno
pH		Opseg: $7,4 \pm 0,2$	7,5
Debljina sloja		Opseg: 4-5 mm	4 mm
Test sterilnosti	Inkubacija (36 ± 2) °C, (44 ± 4) h	Bez porasta	Potvrđeno
	Inkubacija (25 ± 2) °C, 3 - 5 dana	Bez porasta	Potvrđeno

Mikrobiološke karakteristike:

Kontrolni soj	Vrsta kontrole (kvalitativna)	Kriterijum	Rezultat ispitivanja	Kulturelne karakteristike
<i>Salmonella Typhimurium</i> ATCC 14028	Inkubacija na 37 ± 1 °C, 24 ± 2 h, aerobni uslovi	Dobar porast (2)	Dobar porast (2)	
<i>Salmonella Enteritidis</i> ATCC 13076	Inkubacija na 37 ± 1 °C, 24 ± 2 h, aerobni uslovi	Dobar porast (2)	Dobar porast (2)	
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Inkubacija na 37 ± 1 °C, 24 ± 2 h, aerobni uslovi	Dobar porast (2)	Dobar porast (2)	
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	Inkubacija na 30 ± 1 °C, 24 ± 2 h, aerobni uslovi	Dobar porast (2)	Dobar porast (2)	
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853	Inkubacija na 30 ± 1 °C, 24 ± 2 h, aerobni uslovi	Dobar porast (2)	Dobar porast (2)	
<i>Yersinia enterocolitica</i> ATCC 27729	Inkubacija na 30 ± 1 °C, 24 ± 2 h, aerobni uslovi	Dobar porast (2)	Dobar porast (2)	

Referentna podloga je validovani Tripton soja agar potvrđenog kvaliteta.

Testirano u skladu sa SRPS EN ISO 11133:2015 i sa preporukom proizvođača dehidriranih podloga.

Napomena: n/p

Uslovi skladištenja i rok trajanja: Prema podacima na nalepnici proizvoda

Veličina serije: Ø90-263kom

Ovim se potvrđuje da gore pomenuti LOT proizvoda zadovoljava zadate kriterijume iz specifikacije. Informacije koje su date ovde su precizne i tačne, međutim, i informacije i proizvodi su dati bez garancije za bilo koju zasebnu upotrebu, koja nije navedena u trenutnim uputstvima i datim od strane ProReady. Izveštaji o rezultatima su dati u vreme puštanja serije proizvoda.



Rukovodilac kvaliteta u proizvodnji/Lice odgovorno za kvalitet medicinskog sredstva

Datum izveštaja: 20.01.2026.