

## SERTIFIKAT ANALIZE

|                          |                                    |                                |
|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Šifra proizvoda: PRS003S | Naziv: Nutrient supplemet S medium | Lot br: 0003626A               |
| Izveštaj br: 0003626A    | Datum proizvodnje: 19.01.2026.     | Datum isteka roka: 04.02.2026. |

| Testovi          |                                 | Kriterijum               | Rezultat  | Metoda   |
|------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------|----------|
| Boja             |                                 | Crvena                   | Potvrđeno | Vizuelno |
| Izgled           |                                 | Neprozirna bez koaguluma | Potvrđeno | Vizuelno |
| Test sterilnosti | Inkubacija (36±1)°C, (44 ± 4) h | Bez porasta              | Potvrđeno | Interna  |
|                  | Inkubacija (25± 1)°C, 5 dana    |                          |           |          |

Napomena:n/p

**Uslovi skladištenja i rok trajanja:** Prema podacima na nalepnici proizvoda

**Veličina serije:** 1650mL

*Ovim se potvrđuje da gore pomenuti LOT proizvoda zadovoljava zadate kriterijume iz specifikacije. Informacije koje su date ovde su precizne i tačne, međutim, i informacije i proizvodi su dati bez garancije za bilo koju zasebnu upotrebu, koja nije navedena u trenutnim uputstvima i datim od strane ProReady. Izveštaji o rezultatima su dati u vreme puštanja serije proizvoda*



Rukovodilac kvaliteta u proizvodnji/ Lice odgovorno za kvalitet medicinskog sredstva

Datum izveštaja: 19.01.2026.