

SERTIFIKAT ANALIZE

| | | |
|--------------------------|--|--------------------------------|
| Šifra proizvoda: PRM1084 | Naziv: Mueller Hinton No. 2 Agar Plate | Lot br: 0015022A |
| Izveštaj br: 0015022A | Datum proizvodnje: 17.03.2022. | Datum isteka roka: 14.08.2022. |

| Sastav (u 1000 mL podloge) | |
|-------------------------------|----------|
| Kiselinski hidrolizat kazeina | 17,500 g |
| Infuzum goveđeg srca | 2,000 g |
| Skrob, solubilan | 1,500 g |
| Agar | 17,000 g |

| Opšte karakteristike | Kriterijum | Rezultat |
|----------------------|---|-------------|
| Boja | Svetlo ćilibarna | Potvrđeno |
| Izgled | Providan do blago opalescentan gel | Potvrđeno |
| pH | Opseg: $7,3 \pm 0,2$ | 7,5 |
| Debljina sloja | Opseg: 4-5 mm | 4 mm |
| Test sterilnosti | Inkubacija (36 ± 2)°C, (44 \pm 4) h | Bez porasta |
| | Inkubacija (25 ± 2)°C, 3 - 5 dana | Bez porasta |
| | | Potvrđeno |

Mikrobiološke karakteristike:

| Kontrolni soj | Vrsta kontrole (kvalitativna) | Kriterijum | Rezultat ispitivanja | Kulturelne karakteristike |
|--|---|------------|----------------------|-----------------------------------|
| <i>Escherichia coli</i> ATCC 25922 | Inkubacija na 35°C, 24h, aerobni uslovi | Porast | Porast | Kolonije karakteristične za vrstu |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853 | Inkubacija na 35°C, 24h, aerobni uslovi | Porast | Porast | |
| <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923 | Inkubacija na 35°C, 24h, aerobni uslovi | Porast | Porast | |
| <i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212 | Inkubacija na 35°C, 24h, aerobni uslovi | Porast | Porast | |


Referentna podloga je validovani TSA agar potvrđenog kvaliteta.
Testirano u skladu sa CLSI M22-A3: Clinical and Laboratory Standards Institute-Quality Control for Commercially Prepared Microbiological Culture Media, Approved Standard-Third Edition, M22-A3 Vol.24 No19 i sa preporukom proizvođača dehidriranih podloga.

Napomena: n/p

Uslovi skladištenja i rok trajanja: Prema podacima na nalepnici proizvoda

Veličina serije: Ø90-5369kom

Ovim se potvrđuje da gore pomenuti LOT proizvoda zadovoljava zadate kriterijume iz specifikacije. Informacije koje su date ovde su precizne i tačne, međutim, i informacije i proizvodi su dati bez garancije za bilo koju zasebnu upotrebu, koja nije navedena u trenutnim uputstvima i datim od strane ProReady. Izveštaji o rezultatima su dati u vreme puštanja serije proizvoda.


Ruководilac kvaliteta u proizvodnji/ Lice odgovorno za kvalitet medicinskog sredstva

Datum izveštaja: 23.03.2022.