

## SERTIFIKAT ANALIZE

Šifra proizvoda: PRS003S	Naziv: Nutrient suplemet S medium	Lot br: 0018624A
Izveštaj br: 0018624A	Datum proizvodnje: 07.03.2024.	Datum isteka roka: 28.03.2024.

Testovi	Kriterijum	Rezultat	Metoda
Boja	Crvena	Potvrđeno	Vizuelno
Izgled	Neprozirna bez koaguluma	Potvrđeno	Vizuelno
Test sterilnosti	Inkubacija (36±1)°C, (44 ± 4) h	Bez porasta	Interna
	Inkubacija (25± 1)°C, 5 dana		

Napomena:n/p

**Uslovi skladištenja i rok trajanja:** Prema podacima na nalepnici proizvoda

**Veličina serije:** 1000mL

*Ovim se potvrđuje da gore pomenuti LOT proizvoda zadovoljava zadate kriterijume iz specifikacije. Informacije koje su date ovde su precizne i tačne, međutim, i informacije i proizvodi su dati bez garancije za bilo koju zasebnu upotrebu, koja nije navedena u trenutnim uputstvima i datim od strane ProReady. Izveštaji o rezultatima su dati u vreme puštanja serije proizvoda*



Rukovodilac kvaliteta u proizvodnji/ Lice odgovorno za kvalitet medicinskog sredstva

Datum izveštaja: 07.03.2024