

SERTIFIKAT ANALIZE

Šifra proizvoda: PRS002H	Naziv: Nutrient supplement H Medium	Lot br:0024024A
Izveštaj br: 0024024A	Datum proizvodnje: 21.03.2024.	Datum isteka roka: 07.04.2024.

Testovi	Kriterijum	Rezultat	Metoda
Boja	Crvena	Potvrđeno	Vizuelno
Izgled	Neprozirna bez koaguluma	Potvrđeno	Vizuelno
Test sterilnosti	Inkubacija (36±1)°C, (44 ± 4) h	Bez porasta	Interna
	Inkubacija (25± 1)°C, 5 dana		

Uslovi skladištenja i rok trajanja: Prema podacima na nalepnici proizvoda

Veličina serije: 100mL

Ovim se potvrđuje da gore pomenuti LOT proizvoda zadovoljava zadate kriterijume iz specifikacije. Informacije koje su date ovde su precizne i tačne, međutim, i informacije i proizvodi su dati bez garancije za bilo koju zasebnu upotrebu, koja nije navedena u trenutnim uputstvima i datim od strane ProReady. Izveštaji o rezultatima su dati u vreme puštanja serije proizvoda.



Rukovodilac kvaliteta u proizvodnji/ Lice odgovorno za kvalitet medicinskog sredstva

Datum izveštaja: 21.03.2024.