

SERTIFIKAT ANALIZE

Šifra proizvoda: PRM2062I	Naziv: HiCrome Cronobacter Isolation Agar (CCI Agar)	Lot br: 0024826A
Izveštaj br: 0024826A	Datum proizvodnje: 26.03.2026.	Datum isteka roka: 24.06.2026.

Sastav (u 1000 mL podloge)	
Tripton #	7,000
Ekstrakt kvasca	3,000
Natriju hlorid	5,000
Natrijum deoksiholat	0,250
5-Brom-4-hlor3-indol α -D-glukopiranozid	0,150
Amonijum gvožđe (III) citrat	1,000
Natrijum tiosulfat	1,000
Agar	15,000

Opšte karakteristike		Kriterijum	Rezultat
Boja		Žuta	Potvrđeno
Izgled		Providan do blago opalescentan gel	Potvrđeno
pH		Opseg: 7,3 \pm 0,2	7,4
Debljina sloja		Opseg: 4-5 mm	4 mm
Test sterilnosti	Inkubacija (36 \pm 2) $^{\circ}$ C, (44 \pm 4) h	Bez porasta	Potvrđeno
	Inkubacija (25 \pm 2) $^{\circ}$ C, 3 - 5 dana	Bez porasta	Potvrđeno

Mikrobiološke karakteristike:

Kontrolni soj	Vrsta kontrole (kvalitativna)	Kriterijum	Rezultat ispitivanja	Kulturelne karakteristike
<i>Cronobacter sakazakii</i> ATCC 29544	Inkubacija 24 \pm 2h, 41,5 \pm 1 $^{\circ}$ C, aerobni uslovi	Porast	Porast	Kolonije male do srednje veličine plave do plavo-zelene boje
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Inkubacija 24 \pm 2h, 41,5 \pm 1 $^{\circ}$ C, aerobni uslovi	Potpuna inhibicija	Potpuna inhibicija	-
<i>Enterobacter aerogenes</i> ATCC 13048	Inkubacija 24 \pm 2h, 41,5 \pm 1 $^{\circ}$ C, aerobni uslovi	Porast	Porast	Kolonije blede žute boje

Napomena: Napomena: Pojava čestica koje ne utiču na performanse podloge.

Referentna podloga je validovani Tripton soja agar proverenog kvaliteta
Testirano u skladu sa SRPS EN ISO 11133:2015 Mikrobiologija hrane, hrana za životinje i vode- Pripremanje, proizvodnja, čuvanje i ispitivanje performansi podloga za kulturu, SRPS EN ISO 22964:2017 Mikrobiologija lanca hrane- Horizontalna metoda za otkrivanje Cronobacter spp i sa preporukom proizvođača dehidriranih podloga.

Uslovi skladištenja i rok trajanja: Prema podacima na nalepnici proizvoda

Veličina serije: Ø90-229kom

Ovim se potvrđuje da gore pomenuti LOT proizvoda zadovoljava zadate kriterijume iz specifikacije. Informacije koje su date ovde su precizne i tačne, međutim, i informacije i proizvodi su dati bez garancije za bilo koju zasebnu upotrebu, koja nije navedena u trenutnim uputstvima i datim od strane ProReady. Izveštaji o rezultatima su dati u vreme puštanja serije proizvoda.



Rukovodilac kvaliteta u proizvodnji/ Lice odgovorno za kvalitet medicinskog sredstva

Datum izveštaja: 31.03.2026.