

SERTIFIKAT ANALIZE

Šifra proizvoda: PRM002	Naziv: Nutrient Broth	Lot br: 0035425A
Izveštaj br: 0035425A	Datum proizvodnje: 12.05.2025.	Datum isteka roka: 10.08.2025.

Sastav (u 1000 mL podloge)	
Pepton	5,000 g
Natrijum hlorid	5,000 g
Goveđi ekstrakt	1,500 g
Ekstrakt kvasca	1,500 g

Opšte karakteristike		Kriterijum	Rezultat
Boja		Svetlo žuta	Potvrđeno
Izgled		Providan do blago opalescentan rastvor	Potvrđeno
pH		Opseg: 7,4 ± 0,2	7,4
Volumen punjenja--epruveta		Opseg: 3mL	3mL
Test sterilnosti	Inkubacija (36 ± 2) °C, (44 ± 4) h	Bez porasta	Potvrđeno
	Inkubacija (25 ± 2) °C, 3 - 5 dana	Bez porasta	Potvrđeno

Mikrobiološke karakteristike:

Kontrolni soj	Vrsta kontrole (kvalitativna)	Kriterijum	Rezultat ispitivanja	Kulturelne karakteristike
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Inkubacija na 36±1 °C, 18-48 h, aerobni uslovi	Dobar porast (2)	Dobar porast (2)	-
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853	Inkubacija na 36±1 °C, 18-48 h, aerobni uslovi	Dobar porast (2)	Dobar porast (2)	
<i>Salmonella Typhimurium</i> ATCC 14028	Inkubacija na 36±1 °C, 18-48 h, aerobni uslovi	Dobar porast (2)	Dobar porast (2)	
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Inkubacija na 36±1 °C, 18-48 h, aerobni uslovi	Dobar porast (2)	Dobar porast (2)	
<i>Streptococcus pyogenes</i> ATCC 19615	Inkubacija na 36±1 °C, 18-48 h, aerobni uslovi	Dobar porast (2)	Dobar porast (2)	

Referentna podloga je validovani Tripton soja agar potvrđenog kvaliteta.
Testirano u skladu sa sa preporukom proizvođača dehidriranih podloga.
Napomena: n/p

Uslovi skladištenja i rok trajanja: Prema podacima na nalepnici proizvoda

Veličina serije: 3mL-412kom

Ovim se potvrđuje da gore pomenuti LOT proizvoda zadovoljava zadate kriterijume iz specifikacije. Informacije koje su date ovde su precizne i tačne, međutim, i informacije i proizvodi su dati bez garancije za bilo koju zasebnu upotrebu, koja nije navedena u trenutnim uputstvima i datim od strane ProReady. Izveštaji o rezultatima su dati u vreme puštanja serije proizvoda.



Rukovodilac kvaliteta u proizvodnji/Lice odgovorno za kvalitet medicinskog sredstva

Datum izveštaja: 19.05.2025.