

## SERTIFIKAT ANALIZE

|                         |                                |                                |
|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Šifra proizvoda: PRM103 | Naziv: Chocolate Agar Plate    | Lot br: 0054125A               |
| Izveštaj br: 0054125A   | Datum proizvodnje: 11.07.2025. | Datum isteka roka: 08.12.2025. |

| Sastav (u 1000 mL podloge)      |            |
|---------------------------------|------------|
| Enzimski hidrolizat kazeina     | 7,500 g    |
| Ekstrakt mesa                   | 7,500 g    |
| Natrijum hlorid                 | 5,000 g    |
| Dikalijum fosfat                | 4,000 g    |
| Kukuruzni skrob                 | 1,000 g    |
| Monokalijum fosfat              | 1,000 g    |
| Agar                            | 12,000 g   |
| Vitamin B12                     | 1,000 mg   |
| NAD (Koenzim I)                 | 2,500 mg   |
| L-glutamin                      | 100,000 mg |
| Kokarboksilaza                  | 1,000 mg   |
| Adenin sulfat                   | 10,000 mg  |
| Gvožđe nitrat                   | 0,200 mg   |
| Guanin hidrohlorid              | 0,300 mg   |
| Tiamin hidrohlorid              | 0,030 mg   |
| p-Aminobenzoeva kiselina (PABA) | 0,130 mg   |
| L-Cistein hidrohlorid           | 259,000 mg |
| L-Cistin                        | 11,000 mg  |
| Dekstroza                       | 1,000 g    |
| Hemoglobin                      | 10,000 g   |

| Opšte karakteristike |                                   | Kriterijum      | Rezultat  |
|----------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------|
| Boja                 |                                   | Boje čokolade   | Potvrđeno |
| Izgled               |                                   | Neproziran gel  | Potvrđeno |
| pH                   |                                   | Opseg: 7,3± 0,2 | 7,4       |
| Debljina sloja       |                                   | Opseg: 4-5 mm   | 4mm       |
| Test sterilnosti     | Inkubacija (36 ± 2)°C, (44 ± 4) h | Bez porasta     | Potvrđeno |
|                      | Inkubacija (25 ± 2)°C, 3 - 5 dana | Bez porasta     | Potvrđeno |

### Mikrobiološke karakteristike:

| Kontrolni joj                            | Vrsta kontrole (kvalitativna)                       | Kriterijum | Rezultat ispitivanja | Kulturelne karakteristike         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|----------------------|-----------------------------------|
| <i>Neisseria gonorrhoeae</i> ATCC 19424  | Inkubacija na 35°C<br>24-48h, mikroaerofilni uslovi | Porast     | Porast               | Kolonije karakteristične za vrstu |
| <i>Haemophilus influenzae</i> ATCC 49766 | Inkubacija na 35°C<br>24-48h, mikroaerofilni uslovi | Porast     | Porast               |                                   |

Referentna podloga je validovani Chocolate Agar Plate potvrđenog kvaliteta

Testirano u skladu sa CLSI M22-A3: Clinical and Laboratory Standards Institute-Quality Control for Commercially Prepared Microbiological Culture Media; Approved Standard-Third Edition, M22-A3 Vol.24 No19 i sa preporukom proizvođača dehidriranih podloga

Napomena: Pojava nerastvorenih čestica koje ne utiču na performanse podloge.

**Uslovi skladištenja i rok trajanja:** Prema podacima na nalepnici proizvoda

**Veličina serije: Ø90-516kom**

Ovim se potvrđuje da gore pomenuti LOT proizvoda zadovoljava zadate kriterijume iz specifikacije. Informacije koje su date ovde su precizne i tačne, međutim, i informacije i proizvodi su dati bez garancije za bilo koju zasebnu upotrebu, koja nije navedena u trenutnim uputstvima i datim od strane ProReady. Izveštaji o rezultatima su dati u vreme puštanja serije proizvoda.



Rukovodilac kvaliteta u proizvodnji/ Lice odgovorno za kvaitet medicinskog sredstva

Datum izveštaja: 16.07.2025.