

SERTIFIKAT ANALIZE

Šifra proizvoda: PRM137	Naziv: Malt Extract Agar plate	Lot br: 0055826A
Izveštaj br: 0055826A	Datum proizvodnje: 30.06.2026.	Datum isteka roka: 29.08.2026.

Sastav (u 1000 mL podloge)	
Sladni ekstrakt	30,000 g
Mikološki pepton	5,000 g
Agar	15,000 g

Opšte karakteristike		Kriterijum	Rezultat
Boja		Čilibarna	Potvrđeno
Izgled		Providan do blago opalescentan gel	Potvrđeno
pH		Opseg: 5,4 ± 0,2	5,4
Debljina sloja		Opseg: 4-5 mm	4mm
Test sterilnosti	Inkubacija (36 ± 2)°C, (44 ± 4) h	Bez porasta	Potvrđeno
	Inkubacija (25 ± 2)°C, 3 - 5 dana	Bez porasta	Potvrđeno

Mikrobiološke karakteristike:

Kontrolni soj	Vrsta kontrole	Kriterijum	Rezultat ispitivanja	Kulturelne karakteristike
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231	Inkubacija na 25-30°C, 48-72h, aerobni uslovi (kvantitativna)	$P_R \geq 0,7$	$P_R = 1,00$	-
<i>Saccharomyces cerevisiae</i> ATCC 9763	Inkubacija na 25-30°C, 48-72h, aerobni uslovi (kvantitativna)	$P_R \geq 0,7$	$P_R = 1,09$	Kolonije krem boje, mat
<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404	Inkubacija na 25-30°C, 48-72h, aerobni uslovi (kvantitativna)	$P_R \geq 0,7$	$P_R = 1,01$	Kolonije crne boje sa sporama, revers-bledo žute boje

Referentna podloga je validovani Sabouraud dekstrozni agar potvrđenog kvaliteta.

Testirano u skladu sa preporukom proizvođača dehidriranih podloga.

Napomena: n/p

Uslovi skladištenja i rok trajanja: Prema podacima na nalepnici proizvoda

Veličina serije: Ø90-383kom

Ovim se potvrđuje da gore pomenuti LOT proizvoda zadovoljava zadate kriterijume iz specifikacije. Informacije koje su date ovde su precizne i tačne, međutim, i informacije i proizvodi su dati bez garancije za bilo koju zasebnu upotrebu, koja nije navedena u trenutnim uputstvima i datim od strane ProReady. Izveštaji o rezultatima su dati u vreme puštanja serije proizvoda.


Rukovodilac kvaliteta u proizvodnji/ Lice odgovorno za kvalitet medicinskog sredstva

Datum izveštaja: 06.07.2026.