

SERTIFIKAT ANALIZE

Šifra proizvoda: PRS003S	Naziv: Nutrient supplemet S medium	Lot br: 0060226A
Izveštaj br: 0060226A	Datum proizvodnje: 13.07.2026.	Datum isteka roka: 24.07.2026.

Testovi		Kriterijum	Rezultat	Metoda
Boja		Crvena	Potvrđeno	Vizuelno
Izgled		Neprozirna bez koaguluma	Potvrđeno	Vizuelno
Test sterilnosti	Inkubacija (36±1)°C, (44 ± 4) h	Bez porasta	Potvrđeno	Interna
	Inkubacija (25± 1)°C, 5 dana			

Napomena:n/p

Uslovi skladištenja i rok trajanja: Prema podacima na nalepnici proizvoda

Veličina serije: 500mL

Ovim se potvrđuje da gore pomenuti LOT proizvoda zadovoljava zadate kriterijume iz specifikacije. Informacije koje su date ovde su precizne i tačne, međutim, i informacije i proizvodi su dati bez garancije za bilo koju zasebnu upotrebu, koja nije navedena u trenutnim uputstvima i datim od strane ProReady. Izveštaji o rezultatima su dati u vreme puštanja serije proizvoda



Rukovodilac kvaliteta u proizvodnji/ Lice odgovorno za kvalitet medicinskog sredstva

Datum izveštaja: 13.07.2026.