

SERTIFIKAT ANALIZE

| | | |
|--------------------------|---|--------------------------------|
| Šifra proizvoda: PRM144B | Naziv: Columbia 5% Sheep Blood Agar Plate | Lot br: 0060421A |
| Izveštaj br: 0060421A | Datum proizvodnje: 15.10.2021. | Datum isteka roka: 14.12.2021. |

| Sastav (u 1000 mL podloge) | |
|------------------------------|-----------|
| Pepton,specijalan | 23,000 g |
| Kukuruzni skrob | 1,000 g |
| Natrijum hlorid | 5,000 g |
| Agar | 15,000 g |
| Nutrient supplement S Medium | 50,000 mL |

| Opšte karakteristike | Kriterijum | Rezultat |
|----------------------|-------------------------------|-----------|
| Boja | Crvena | Potvrđeno |
| Izgled | Neprovidan gel | Potvrđeno |
| pH | Opseg: 7,3±0.2 | 7,5 |
| Debljina sloja | Opseg: 4-5 mm | 4 mm |
| Test sterilnosti | Inkubacija (36±2)°C, (44±4) h | Potvrđeno |
| | Inkubacija (25±2)°C, 3-5 dana | Potvrđeno |

Mikrobiološke karakteristike:

| Kontrolni soj | Vrsta kontrole (kvalitativna) | Kriterijum | Rezultat ispitivanja | Kulturelne karakteristike |
|---|---|------------|----------------------|--------------------------------------|
| <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923 | Inkubacija na 35°C,24h aerobni uslovi | Porast | Porast | Beličaste kolonije Hemoliza, β ili γ |
| <i>Escherichia coli</i> ATCC 25922 | Inkubacija na 35°C,24h aerobni uslovi | Porast | Porast | Beličaste kolonije Bez hemolize |
| <i>Streptococcus pyogenes</i> ATCC 19615 | Inkubacija na 35°C,24h CO ₂ uslovi | Porast | Porast | Beličaste kolonije β hemoliza |
| <i>Streptococcus pneumoniae</i> ATCC 6305 | Inkubacija na 35°C,24h CO ₂ uslovi | Porast | Porast | Beličaste kolonije α hemoliza |

Referentna podloga validovani Columbia 5% Sheep Blood Agar Plate potvrđenog kvaliteta.


Testirano u skladu sa CLSI M22-A3: Clinical and Laboratory Standards Institute-Quality Control for Commercially Prepared Microbiological Culture Media; Approved Standard-Third Edition, M22-A3 Vol.24 No19 i sa preporukom proizvođača dehidriranih podloga.

Napomena: n/p

Uslovi skladištenja i rok trajanja: Prema podacima na nalepnici proizvoda

Veličina serije: Ø90-5267 kom

Ovim se potvrđuje da gore pomenuti LOT proizvoda zadovoljava zadate kriterijume iz specifikacije. Informacije koje su date ovde su precizne i tačne, međutim, i informacije i proizvodi su dati bez garancije za bilo koju zasebnu upotrebu, koja nije navedena u trenutnim uputstvima i datim od strane ProReady. Izveštaji o rezultatima su dati u vreme puštanja serije proizvoda.



Rukovodilac kvaliteta u proizvodnji/ Lice odgovorno za kvalitet medicinskog sredstva

Datum izveštaja: 20.10.2021.