

SERTIFIKAT ANALIZE

Šifra proizvoda: PRM188	Naziv: Dermatophyte Test Medium (D.T.M.) Agar Plate	Lot br: 0064623A
Izveštaj br: 0064623A	Datum proizvodnje: 09.10.2023.	Datum isteka roka: 17.01.2024.

Sastav (u 1000 mL podloge)	
Papainski hidrolizat soje	10,000 g
Glukoza	10,000 g
Fenol crveno	0,200 g
Agar	20,000 g
Amfotericin B	10,000 mg
Hlortetraciklin	100,000 mg
Gentamicin	100,000 mg

Opšte karakteristike	Kriterijum	Rezultat
Boja	Narandžasto-crvena	Potvrđeno
Izgled	Opalescentan gel	Potvrđeno
pH	Opseg: 5,5 ± 0,2	5,7
Debljina sloja	Opseg: 4-5 mm	4 mm
Test sterilnosti	Inkubacija (36 ± 2)°C, (44 ± 4) h	Potvrđeno
	Inkubacija (25 ± 2)°C, 3 - 5 dana	Bez porasta

Mikrobiološke karakteristike:

Kontrolni soj	Vrsta kontrole (Kvalitativna)	Kriterijum	Rezultat ispitivanja
<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404	Inkubacija na 25°C, ≤ 7 dana, aerobni uslovi	Potpuna inhibicija	Potpuna inhibicija
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231	Inkubacija na 25°C, ≤ 7 dana, aerobni uslovi	Porast	Porast
<i>Trichophyton mentagrophytes</i> ATCC 9533	Inkubacija na 25°C, ≤ 7 dana, aerobni uslovi	Porast	Porast
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Inkubacija na 25°C, ≤ 7 dana, aerobni uslovi	Potpuna inhibicija	Potpuna inhibicija

Referentna podloga je validovani SDA potvrđenog kvaliteta

Testirano u skladu sa CLSI M22-A3: Clinical and Laboratory Standards Institute-Quality Control for Commercially Prepared Microbiological Culture Media; Approved Standard-Third Edition, M22-A3 Vol.24 No19.

Uslovi skladištenja i rok trajanja: Prema podacima na nalepnici proizvoda

Veličina serije: Ø90- 496kom

Ovim se potvrđuje da gore pomenuti LOT proizvoda zadovoljava zadate kriterijume iz specifikacije. Informacije koje su date ovde su precizne i tačne, međutim, i informacije i proizvodi su dati bez garancije za bilo koju zasebnu upotrebu, koja nije navedena u trenutnim uputstvima i datim od strane ProReady. Izveštaji o rezultatima su dati u vreme puštanja serije proizvoda.



Rukovodilac kvaliteta u proizvodnji/ Lice odgovorno za kvalitet medicinskog sredstva

Datum izveštaja: 16.10.2023.