

## SERTIFIKAT ANALIZE

Šifra proizvoda: PRM016	Naziv: Brilliant Green Agar Plate	Lot br:0065221A
Izveštaj br: 0065221A	Datum proizvodnje: 04.11.2021.	Datum isteka roka: 04.01.2022.

Sastav (u 1000 mL podloge)	
Proteoza pepton	10,000 g
Ekstrakt kvasca	3,000 g
Laktoza	10,000 g
Saharaza	10,000 g
Natrijum hlorid	5,000 g
Fenol crveno	0,080 g
Brilijant zeleno	0,0125 g
Agar	20,000 g

Opšte karakteristike		Specifikacija	Rezultat
Boja		Zeleno-braon	Potvrđeno
Izgled		Providan do blago opalescentan gel	Potvrđeno
pH		Opseg: 6,9 ± 0,2	7,0
Debljina sloja		Opseg: 4-5 mm	4 mm
Test sterilnosti	Inkubacija (36 ± 2) °C, (44 ± 4) h	Bez porasta	Potvrđeno
	Inkubacija (25 ± 2) °C, 3 - 5 dana	Bez porasta	Potvrđeno

### Mikrobiološke karakteristike:

Kontrolni soj	Vrsta kontrole	Kriterijum	Rezultat ispitivanja	Kulturelne karakteristike
<i>Salmonella Typhimurium</i> ATCC 14028	Inkubacija na 30-35 °C, 24-48 h aerobni uslovi, (kvantitativna)	$P_R \geq 0,5$	$P_R = 0,50$	Ružičasto bele kolonije
<i>Salmonella Enteritidis</i> ATCC 13076	Inkubacija na 30-35 °C, 24-48 h aerobni uslovi, (kvantitativna)	$P_R \geq 0,5$	$P_R = 0,71$	Ružičasto bele kolonije
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Inkubacija na 30-35 °C, 24-48 h aerobni uslovi, (kvantitativna)	0-10%	0%	Žućkasto zelene kolonije
<i>Escherichia coli</i> ATCC 8739	Inkubacija na 30-35 °C, 24-48 h aerobni uslovi, (kvantitativna)	0-10%	0%	Žućkasto zelene kolonije
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Inkubacija na 30-35 °C, 24-48 h aerobni uslovi, (kvalitativna)	Potpuna inhibicija	Potpuna inhibicija	-
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	Inkubacija na 30-35 °C, 24-48 h aerobni uslovi, (kvalitativna)	Potpuna inhibicija	Potpuna inhibicija	-

Referentna podloga je validovani Tripton soja agar potvrđenog kvaliteta.


Testirano u skladu sa preporukom proizvođača dehidriranih podloga.

Napomena: n/p

Uslovi skladištenja i rok trajanja: Prema podacima na nalepnici proizvoda.

Veličina serije: Ø90-158 kom

Ovim se potvrđuje da gore pomenuti LOT proizvoda zadovoljava zadate kriterijume iz specifikacije. Informacije koje su date ovde su precizne i tačne, međutim, i informacije i proizvodi su dati bez garancije za bilo koju zasebnu upotrebu, koja nije navedena u trenutnim uputstvima i datim od strane ProReady. Izveštaji o rezultatima su dati u vreme puštanja serije proizvoda.



Rukovodilac kvaliteta u proizvodnji/ Lice odgovorno za kvalitet medicinskog sredstva

12.11.2021.

Datum izveštaja: