

SERTIFIKAT ANALIZE

Šifra proizvoda: PRM413	Naziv: Thayer Martin Agar Plate w/ VCNT	Lot br: 0069621A
Izveštaj br: 0069621A	Datum proizvodnje: 22.11.2021.	Datum isteka roka: 31.01.2022.

Sastav (u 1000 mL podloge)	
Pepton, specijalan	23,000 g
Skrob	1,000 g
Natrijum hlorid	5,000 g
Agar	13,000 g
Vankomicin	3,000 mg
Kolistin metan sulfonat	7,500 mg
Trimeoprim	5,000 mg
Nistatin	12500 IU
Vitamin B12	0,200 mg
L-Glutamin	200,000 mg
Adenin sulfat	20,000 mg
Guanin hidrohlorid	0,600 mg
p-Aminobenzoeva kiselina (PABA)	0,260 mg
L-Cistin	22,000 mg
NAD (Koenzim I)	5,000 mg
Kokarboksilaza	2,000 mg
Gvožđe nitrat	0,400 mg
Tiamin hidrohlorid	0,060 mg
Cistein hidrohlorid	518,000 mg
Dekstroza	2,000 g
Hemoglobin prah	10,000 g

Opšte karakteristike	Kriterijum	Rezultat
Boja	Čokoladna	Potvrđeno
Izgled	Neprovidan gel	Potvrđeno
pH	Opseg: 7,0 ± 0,2	6,9
Debljina sloja	Opseg: 4-5 mm	4 mm
Test sterilnosti	Inkubacija (36 ± 2)°C, (44 ± 4) h	Bez porasta
	Inkubacija (25 ± 2)°C, 3 - 5 dana	Bez porasta

Mikrobiološke karakteristike:

Kontrolni soj	Vrsta kontrole (kvalitativna)	Kriterijum	Rezultat ispitivanja	Kulturelne karakteristike
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Inkubacija na 35°C, 24-48h, mikroaerofilni uslovi	Potpuna inhibicija	Potpuna inhibicija	-
<i>Neisseria gonorrhoeae</i> ATCC 19424	Inkubacija na 35°C, 24-48h, mikroaerofilni uslovi	Porast	Porast	Kolonije male sivkasto bele, mukoidne
<i>Proteus mirabilis</i> ATCC 12453	Inkubacija na 35°C, 24-48h, mikroaerofilni uslovi	Potpuna inhibicija	Potpuna inhibicija	-

Napomena: n/p

Referentna podloga je validovani Chocolate Agar Plate potvrđenog kvaliteta

Testirano u skladu sa preporukom CLSI M22-A3: Clinical and Laboratory Standards Institute-Quality Control for Commercially Prepared Microbiological Culture Media; Approved Standard-Third Edition, M22-A3 Vol.24 No19 i sa preporukom proizvođača dehidriranih podloga.

Uslovi skladištenja i rok trajanja: Prema podacima na nalepnici proizvoda

Veličina serije: Ø90-233kom


ID SPRM413

Ver 4/18.03.2020.

STRANA: 1/1

SERTIFIKAT ANALIZE

Ovim se potvrđuje da gore pomenuti LOT proizvoda zadovoljava zadate kriterijume iz specifikacije. Informacije koje su date ovde su precizne i tačne, međutim, i informacije i proizvodi su dati bez garancije za bilo koju zasebnu upotrebu, koja nije navedena u trenutnim uputstvima i datim od strane ProReady. Izveštaji o rezultatima su dati u vreme puštanja serije proizvoda.



Rukovodilac kvaliteta u proizvodnji/ Lice odgovorno za kvalitet medicinskog sredstva

Datum izveštaja: 01.12.2021.