ProMedia doo
Proizvodno mesto: PC - PROIZVODNJA PRIPREMLJENIH MIKROBIOLOŠKIH HRANLJIVIH MEDIJUMA PROREADY, KIKINDA
Put za pristanište 140, 23300 Kikinda, Srbija;
Tel: 0230/315-045; E-Mail: office@proready.rs; Web: www.proready.rs

SERTIFIKAT ANALIZE

Šifra proizvoda: PRM291B	**Naziv: Schaedler Agar Plate w/ Sheep Blood**	**Lot br: 0089426A**
Izveštaj br: 0089426A	**Datum proizvodnje: 15.10.2026.**	**Datum isteka roka: 14.12.2026.**

Sastojci	**g/l**
Enzimski hidrolizat kazeina	5,670 g
Proteozni pepton	5,000 g
Papainski hidrolizat soje	1,000 g
Ekstrakt kvasca	5,000 g
Dekstroza	5,830 g
Natrijum hlorid	1,670 g
Dikalijum hidrogen fosfat	0,830 g
Tris hidroksimetil aminometan	3,000 g
L-cistin	0,400 g
Hemin	0,010 g
Agar	15,000 g
Vitamin K1	10,000 mg
Kolistin sulfat	10,000 mg
Nalidiksinska kiselina	10,000 mg
Nutrient supplement S Medium	50,000 mL

Opšte karakteristike		**Kriterijum**	**Rezultat**
Boja		Crvena	Potvrđeno
Izgled		Neprovidan gel	Potvrđeno
pH		Opseg: 7,6 ± 0,2	7,6
Debljina sloja		Opseg: 4-5 mm	4 mm
Test sterilnosti	Inkubacija (36 ± 2)°C, (44 ± 4) h	Bez porasta	Potvrđeno
	Inkubacija (25 ± 2)°C, 3 - 5 dana	Bez porasta	Potvrđeno

Mikrobiološke karakteristike:

Kontrolni soj	**Vrsta kontrole (kvalitativna)**	**Kriterijum**	**Rezultat ispitivanja**	**Kulturelne karakteristike**
Clostridium perfringens ATCC 13124	Inkubacija na 35-37 °C, 24-48h anaerobni uslovi	Porast	Porast	Kolonije karakteristične za vrstu
Streptococcus pyogenes ATCC 19615	Inkubacija na 35-37 °C, 24-48h anaerobni uslovi	Porast	Porast	
Escherichia coli ATCC 25922	Inkubacija na 35-37 °C, 24-48h aerobni uslovi	Potpuna ili parcijalna inhibicija	Potpuna inhibicija	

Referentna podloga je validovani Tripton soja agar potvrđenog kvaliteta.
Testirano u skladu CLSI M22-A3:Clinical and Laboratory Standards Institute-Quality Control for Commercially Prepared Microbiological Culture Media;Approved Standard-Third Edition, M22-A3 Vol.24 No19 I sa preporukom proizvođača dehidriranih podloga.
Napomena: n/p
Uslovi skladištenja i rok trajanja: Prema podacima na nalepnici proizvoda

Veličina serije: Ø90-255kom

Ovim se potvrđuje da gore pomenuti LOT proizvoda zadovoljava zadate kriterijume iz specifikacije. Informacije koje su date ovde su precizne i tačne, međutim, i informacije i proizvodi su dati bez garancije za bilo koju zasebnu upotrebu, koja nije navedena u trenutnim uputstvima i datim od strane ProReady. Izveštaji o rezultatima su dati u vreme puštanja serije proizvoda.



Rukovodilac kvaliteta u proizvodnji/ Lice odgovorno za kvalitet medicinskog sredstva

…

Datum izveštaja: 20.10.2026.