ProMedia doo
Proizvodno mesto: PC - PROIZVODNJA PRIPREMLJENIH MIKROBIOLOŠKIH HRANLJIVIH MEDIJUMA PROREADY, KIKINDA
Put za pristanište 140, 23300 Kikinda, Srbija;
Tel: 0230/315-045; E-Mail: office@proready.rs; Web: www.proready.rs

PROREADY
Ready To Use Culture Media

SERTIFIKAT ANALIZE

Šifra proizvoda: PRM103	**Naziv: Chocolate Agar Plate**	**Lot br: 0090026A**
Izveštaj br: 0090026A	**Datum proizvodnje: 16.10.2026.**	**Datum isteka roka: 15.03.2027.**

Sastav (u 1000 mL podloge)	
Enzimski hidrolizat kazeina	7,500 g
Ekstrakt mesa	7,500 g
Natrijum hlorid	5,000 g
Dikalijum fosfat	4,000 g
Kukuruzni skrob	1,000 g
Monokalijum fosfat	1,000 g
Agar	12,000 g
Vitamin B12	1,000 mg
NAD (Koenzim I)	2,500 mg
L-glutamin	100,000 mg
Kokarboksilaza	1,000 mg
Adenin sulfat	10,000 mg
Gvožđe nitrat	0,200 mg
Guanin hidrohlorid	0,300 mg
Tiamin hidrohlorid	0,030 mg
p-Aminobenzoeva kiselina (PABA)	0,130 mg
L-Cistein hidrohlorid	259,000 mg
L-Cistin	11,000 mg
Dekstroza	1,000 g
Hemoglobin	10,000 g

Opšte karakteristike		**Kriterijum**	**Rezultat**
Boja		Boje čokolade	Potvrđeno
Izgled		Neproziran gel	Potvrđeno
pH		Opseg: 7,3± 0,2	7,3
Debljina sloja		Opseg: 4-5 mm	4mm
Test sterilnosti	Inkubacija (36 ± 2)°C, (44 ± 4) h	Bez porasta	Potvrđeno
	Inkubacija (25 ± 2)°C, 3 - 5 dana	Bez porasta	Potvrđeno

Mikrobiološke karakteristike:

Kontrolni soj	**Vrsta kontrole (kvalitativna)**	**Kriterijum**	**Rezultat ispitivanja**	**Kulturelne karakteristike**
Neisseria gonorrhoeae ATCC 19424	Inkubacija na 35˚C 24-48h, mikroaerofilni uslovi	Porast	Porast	Kolonije karakteristične za vrstu
Haemophilus influenzae ATCC 49766	Inkubacija na 35˚C 24-48h, mikroaerofilni uslovi	Porast	Porast	

Referentna podloga je validovani Chocolate Agar Plate potvrđenog kvaliteta
Testirano u skladu sa CLSI M22-A3:Clinical and Laboratory Standards Institute-Quality Control for Commercially Prepared Microbiological Culture Media;Approved Standard-Third Edition, M22-A3 Vol.24 No19 i sa preporukom proizvođača dehidriranih podloga
Napomena: Pojava nerastvorenih čestica koje ne utiču na performanse podloge.
Uslovi skladištenja i rok trajanja: Prema podacima na nalepnici proizvoda
Veličina serije: Ø90-454kom
Ovim se potvrđuje da gore pomenuti LOT proizvoda zadovoljava zadate kriterijume iz specifikacije. Informacije koje su date ovde su precizne i tačne, međutim, i informacije i proizvodi su dati bez garancije za bilo koju zasebnu upotrebu, koja nije navedena u trenutnim uputstvima i datim od strane ProReady. Izveštaji o rezultatima su dati u vreme puštanja serije proizvoda.



Rukovodilac kvaliteta u proizvodnji/ Lice odgovrno za kvaitet medicinskog sredstva

Datum izveštaja: 26.10.2026.