ProMedia doo
Proizvodno mesto: PC - PROIZVODNJA PRIPREMLJENIH MIKROBIOLOŠKIH HRANLJIVIH MEDIJUMA PROREADY, KIKINDA
Put za pristanište 140, 23300 Kikinda, Srbija;
Tel: 0230/315-045; E-Mail: office@proready.rs; Web: www.proready.rs

SERTIFIKAT ANALIZE

Šifra proizvoda: PRMS007	**Naziv: MacConkey Bujon**	**Lot br: 0090726A**
Izveštaj br: 0090726A	**Datum proizvodnje: 19.10.2026.**	**Datum isteka roka: 16.02.2027.**

Sastav (u 1000 mL podloge)	
Želatinski pepton	20,000 g
Laktoza monohidrat	10,000 g
Dehidrirana žuč	5,000 g
Bromo Cresol purple	0,010 g

Opšte karakteristike		**Kriterijum**	**Rezultat**
Boja		Ljubičasta	Potvrđeno
Izgled		Bistar do blago opalescentan rastvor	Potvrđeno
pH		Opseg: 7,3 ± 0,2	7,1
Volumen punjenja	epruvete	Opseg: 9mL	/
	boca	Opseg:90mL	/
		Opseg: 100mL	100mL
		Opseg: 250mL	/
		Opseg: 500 mL	/
Test sterilnosti	Inkubacija (36 ± 2)°C, (44 ± 4) h	Bez porasta	Potvrđeno
	Inkubacija (25 ± 2)°C, 3 - 5 dana	Bez porasta	Potvrđeno

Mikrobiološke karakteristike:

Kontrolni soj	**Vrsta kontrole (kvalitativna)**	**Kriterijum**	**Rezultat ispitivanja**	**Produkcija kiseline**
Escherichia coli ATCC 25922	Inkubacija na 32.5±2.5˚C, 18-24h, aerobni uslovi	Dobar porast(2)	Dobar porast(2)	Pozitivna reakcija, žuta boja
Escherichia coli ATCC 8739	Inkubacija na 42˚C, 24h, aerobni uslovi	Dobar porast(2)	Dobar porast(2)	Pozitivna reakcija, žuta boja
Salmonella typhimurium ATCC 14028	Inkubacija na 32.5±2.5˚C, 18-24h, aerobni uslovi	Porast(1)	Porast(1)	Negativna reakcija
Enterobacter aerogenes ATCC 13048	Inkubacija na 32.5±2.5˚C, ≥48h,, aerobni uslovi	Dobar porast(2)	Dobar porast(2)	Pozitivna reakcija, žuta boja
Staphylococcus aureus ATCC 25923	Inkubacija na 32.5±2.5˚C, 18-24h, aerobni uslovi	Potpuna inhibicija	Potpuna inhibicija	-
Staphylococcus aureus ATCC 6538	Inkubacija na 42˚C, 18-24h, aerobni uslovi	Potpuna inhibicija	Potpuna inhibicija	-

Referentna podloga: Tripton Soja Agar
Testirano u skladu sa European Pharmacopeia -2.6.12. Microbiological examination of non-sterile products: Microbial enumeration test i 2.6.13. Microbiological examination of non-sterile products: Test for specificed micro-organisms.i Preporukom proizvođača.dehidriranih podloga
Napomena:n/p
Uslovi skladištenja i rok trajanja: Prema podacima na nalepnici proizvoda

Veličina serije: 100ml-34kom

Ovim se potvrđuje da gore pomenuti LOT proizvoda zadovoljava zadate kriterijume iz specifikacije. Informacije koje su date ovde su precizne i tačne, međutim, i informacije i proizvodi su dati bez garancije za bilo koju zasebnu upotrebu, koja nije navedena u trenutnim uputstvima i datim od strane ProReady. Izveštaji o rezultatima su dati u vreme puštanja serije proizvoda.



Rukovodilac kvaliteta u proizvodnji/ Lice odgovorno za kvalitet medicinskog sredstva

Datum izveštaja: 26.10.2026.