**ProMedia doo**
Proizvodno mesto: PC - PROIZVODNJA PRIPREMLJENIH MIKROBIOLOŠKIH HRANLJIVIH MEDIJUMA PROREADY, KIKINDA
Put za pristanište 140, 23300 Kikinda, Srbija;
Tel: 0230/315-045; E-Mail: office@proready.rs; Web: www.proready.rs

# SERTIFIKAT ANALIZE

| | | |
|---|---|---|
| **Šifra proizvoda: PRM290** | **Naziv: Soyabean Casein Digest Medium Agar Plate** | **Lot br: 0090926A** |
| **Izveštaj br: 0090926A** | **Datum proizvodnje: 20.10.2026.** | **Datum isteka roka: 18.05.2027.** |

| **Sastav (u 1000 mL podloge)** | |
|---|---|
| Tripton# | 15,000 g |
| Pepton soje | 5,000 g |
| Natrijum hlorid | 5,000 g |
| Agar | 15,000 g |

| **Opšte karakteristike** | | **Kriterijum** | **Rezultat ispitivanja** |
|---|---|---|---|
| Boja | | Svetlo žuta | Potvrđeno |
| Izgled | | Providan do blago opalescentan gel | Potvrđeno |
| pH | | Opseg: 7,3 ± 0,2 | 7,3 |
| Debljina sloja | | 5 mm | 5 mm |
| Test sterilnosti | Inkubacija (36 ± 2)°C, (44 ± 4) h | Bez porasta | Potvrđeno |
| | Inkubacija (25 ± 2) °C, 3 - 5 dana | Bez porasta | Potvrđeno |

**Mikrobiološke karakteristike:**

| **Kontrolni soj** | **Vrsta kontrole (kvantitativna)** | **Kriterijum** | **Rezultat ispitivanja** | **Kulturelne karakteristike** |
|---|---|---|---|---|
| *Bacillus subtilis ATCC 6633* | Inkubacija na 30-35 °C, 24-72h, aerobni uslovi | $P_R \geq 0,5$ | $P_R = 0,96$ | Bele ,suve kolonije |
| *Staphylococcus aureus ATCC 6538* | Inkubacija na 30-35 °C, 24-72h, aerobni uslovi | $P_R \geq 0,5$ | $P_R = 1,12$ | Zlatno-žute kolonije |
| *Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027* | Inkubacija na 30-35 °C, 24-72h, aerobni uslovi | $P_R \geq 0,5$ | $P_R = 0,95$ | Zeleno –žućkaste kolonije |
| *Candida albicans ATCC 10231* | Inkubacija na 30-35 °C, 5 dana, aerobni uslovi | $P_R \geq 0,5$ | $P_R = 1,04$ | Bele kolonije |
| *Aspergilus brasilliensis ATCC 16404* | Inkubacija na 30-35 °C, 5 dana, aerobni uslovi | $P_R \geq 0,5$ | $P_R = 1,09$ | Crne konidije sa konidioforama |

Referentna podloga je validovani Tripton soja agar i SDA potvrđenog kvaliteta.
Testirano u skladu sa preporukom European Pharmacopeia 7.0-2.6.12. Microbiological examination of non-sterile products: microbial enumeration test i sa preporukom proizvođača dehidriranih podloga.
Napomena:n/p

**Uslovi skladištenja i rok trajanja:** Prema podacima na nalepnici proizvoda

**Veličina serije: Ø90-3980kom**

*Ovim se potvrđuje da gore pomenuti LOT proizvoda zadovoljava zadate kriterijume iz specifikacije. Informacije koje su date ovde su precizne i tačne, međutim, i informacije i proizvodi su dati bez garancije za bilo koju zasebnu upotrebu, koja nije navedena u trenutnim uputstvima i datim od strane ProReady. Izveštaji o rezultatima su dati u vreme puštanja serije proizvoda.*



Rukovodilac kvaliteta u proizvodnji/ Lice odgovorno za kvalitet medicinskog sredstva

Datum izveštaja: 26.10.2026.