**ProMedia doo**
Proizvodno mesto: PC - PROIZVODNJA PRIPREMLJENIH MIKROBIOLOŠKIH HRANLJIVIH MEDIJUMA PROREADY, KIKINDA
Put za pristanište 140, 23300 Kikinda, Srbija; Tel: 0230/315-045; EMail: office@proready.rs; Web: www.proready.rs
**ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001**

# SERTIFIKAT ANALIZE

| | | |
|---|---|---|
| **Šifra proizvoda: PRM188** | **Naziv: Dermatophyte Test Medium (D.T.M.) Agar Plate** | **Lot br: 0091126A** |
| **Izveštaj br: 0091126A** | **Datum proizvodnje: 20.10.2026.** | **Datum isteka roka: 28.01.2027.** |

| **Sastav (u 1000 mL podloge)** | |
|---|---|
| Papainski hidrolizat soje | 10,000 g |
| Glukoza | 10,000 g |
| Fenol crveno | 0,200 g |
| Agar | 20,000 g |
| Amfotericin B | 10,000 mg |
| Hlortetraciklin | 100,000 mg |
| Gentramicin | 100,000 mg |

| **Opšte karakteristike** | | **Kriterijum** | **Rezultat** |
|---|---|---|---|
| Boja | | Narandžasto-crvena | Potvrđeno |
| Izgled | | Opalescentan gel | Potvrđeno |
| pH | | Opseg: 5,5 ± 0,2 | 5,5 |
| Debljina sloja | | Opseg: 4-5 mm | 4 mm |
| Test sterilnosti | Inkubacija (36 ± 2)°C, (44 ± 4) h | Bez porasta | Potvrđeno |
| | Inkubacija (25 ± 2)°C, 3 - 5 dana | Bez porasta | Potvrđeno |

**Mikrobiološke karakteristike:**

| **Kontrolni soj** | **Vrsta kontrole (Kvalitativna)** | **Kriterijum** | **Rezultat ispitivanja** |
|---|---|---|---|
| *Aspergillus brasiliensis ATCC 16404* | Inkubacija na 25°C, ≤ 7 dana, aerobni uslovi | Potpuna inhibicija | Potpuna inhibicija |
| *Candida albicans ATCC 10231* | Inkubacija na 25°C, ≤ 7 dana, aerobni uslovi | Porast | Porast |
| *Trichophyton mentagrophytes ATCC 9533* | Inkubacija na 25°C, ≤ 7 dana, aerobni uslovi | Porast | Porast |
| *Escherichia coli ATCC 25922* | Inkubacija na 25°C, ≤ 7 dana, aerobni uslovi | Potpuna inhibicija | Potpuna inhibicija |

Referentna podloga je validovani SDA potvrđenog kvaliteta
Testirano u skladu sa CLSI M22-A3:Clinical and Laboratory Standards Institute-Quality Control for Commercially Prepared Microbiological Culture Media;Approved Standard-Third Edition, M22-A3 Vol.24 No19.

**Uslovi skladištenja i rok trajanja:** Prema podacima na nalepnici proizvoda

**Veličina serije: Ø90-kom**
*Ovim se potvrđuje da gore pomenuti LOT proizvoda zadovoljava zadate kriterijume iz specifikacije. Informacije koje su date ovde su precizne i tačne, međutim, i informacije i proizvodi su dati bez garancije za bilo koju zasebnu upotrebu, koja nije navedena u trenutnim uputstvima i datim od strane ProReady. Izveštaji o rezultatima su dati u vreme puštanja serije proizvoda.*



Rukovodilac kvaliteta u proizvodnji/ Lice odgovorno za kvalitet medicinskog sredstva

Datum izveštaja: 26.10.2026.