ProMedia doo
Proizvodno mesto: PC - PROIZVODNJA PRIPREMLJENIH MIKROBIOLOŠKIH HRANLJIVIH MEDIJUMA PROREADY, KIKINDA
Put za pristanište 140, 23300 Kikinda, Srbija;
Tel: 0230/315-045; E-Mail: office@proready.rs; Web: www.proready.rs

SERTIFIKAT ANALIZE

Šifra proizvoda: PRM1418	**Naziv: Chromogenic UTI Agar Plate**	**Lot br: 0091426A**
Izveštaj br: 0091426A	**Datum proizvodnje: 21.10.2026.**	**Datum isteka roka: 19.01.2027.**

Sastav (u 1000 mL podloge)	
Pepton	18,000 g
Enzimski hidrolizat kazeina	4,000 g
Ekstrakt mesa B#	6,000 g
Hromogena mešavina	12,440 g
Agar	15,000 g

Opšte karakteristike		**Kriterijum**	**Rezultat**
Boja		Svetlo ćilibarna	Potvrđeno
Izgled		Providan do blago opalescentan gel	Potvrđeno
pH		Opseg: 7,2 ± 0,2	7,1
Debljina sloja		Opseg: 4-5 mm	4 mm
Test sterilnosti	Inkubacija (36 ± 2)°C, (44 ± 4) h	Bez porasta	Potvrđeno
	Inkubacija (25 ± 2)°C, 3 - 5 dana	Bez porasta	Potvrđeno

Mikrobiološke karakteristike:

Kontrolni soj	**Vrsta kontrole (kvalitativna)**	**Kriterijum**	**Rezultat ispitivanja**	**Kulterelne karakteristike**
Klebsiella pneumoniae ATCC 13883	Inkubacija na 36±1 °C, 24h,aerobni uslovi	Porast	Porast	Plave do ružičaste mukoidne kolonije
Staphylococcus aureus ATCC 25923	Inkubacija na 36±1 °C, 24h,aerobni uslovi	Porast	Porast	Zlatno-žute kolonije
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	Inkubacija na 36±1 °C, 24h,aerobni uslovi	Porast	Porast	Bezbojne kolonije sa zelenkastim pigmentom
Escherichia coli ATCC 25922	Inkubacija na 36±1 °C, 24h,aerobni uslovi	Porast	Porast	Ružičaste kolonije
Enterococcus faecalis ATCC 29212	Inkubacija na 36±1 °C, 24h,aerobni uslovi	Porast	Porast	Plavo-zelene sitne kolonije
Proteus mirabilis ATCC 12453	Inkubacija na 36±1 °C, 24h,aerobni uslovi	Porast	Porast	Svetlo braon kolonije

Referentna podloga je validovani TSA potvrđenog kvaliteta.
Testirano u skladu sa preporukom CLSI M22-A3:Clinical and Laboratory Standards Institute-Quality Control for Commercially Prepared Microbiological Culture Media;Approved Standard-Third Edition, M22-A3 Vol.24 No19 i sa preporukom proizvođača dehidriranih podloga.
Napomena: n/p
Uslovi skladištenja i rok trajanja: Prema podacima na nalepnici proizvoda
Veličina serije: Ø90-5779kom

Ovim se potvrđuje da gore pomenuti LOT proizvoda zadovoljava zadate kriterijume iz specifikacije. Informacije koje su date ovde su precizne i tačne, međutim, i informacije i proizvodi su dati bez garancije za bilo koju zasebnu upotrebu, koja nije navedena u trenutnim uputstvima i datim od strane ProReady. Izveštaji o rezultatima su dati u vreme puštanja serije proizvoda.



Rukovodilac kvaliteta u proizvodnji/ Lice odgovorno za kvalitet medicinskog sredstva

Datum izveštaja: 27.10.2026.