**ProMedia doo**
Proizvodno mesto: PC - PROIZVODNJA PRIPREMLJENIH MIKROBIOLOŠKIH HRANLJIVIH MEDIJUMA PROREADY, KIKINDA
Put za pristanište 140, 23300 Kikinda, Srbija;
Tel: 0230/315-045; E-Mail: office@proready.rs; Web: www.proready.rs

# SERTIFIKAT ANALIZE

| | | |
|---|---|---|
| **Šifra proizvoda: PRM430** | **Naziv: Fluid Thioglycollate Medium** | **Lot br: 0091726A** |
| **Izveštaj br: 0091726A** | **Datum proizvodnje: 21.10.2026.** | **Datum isteka roka: 19.01.2027.** |

| **Sastav (u 1000 mL podloge)** | |
|---|---|
| Enzimski hidrolizat enzima | 15,000 g |
| Ekstrakt kvasca | 5,000 g |
| Dekstroza | 5,500 g |
| Natrijum hlorid | 2,500 g |
| L-cistin | 0,500 g |
| Natrijum tioglikolat | 0,500 g |
| Resazurin, natrijumova so | 0,001 g |
| K Agar | 0,750 g |

| **Opšte karakteristike** | | **Kriterijum** | **Rezultat** |
|---|---|---|---|
| Boja | | Svetlo žuta | Potvrđeno |
| Izgled | | Bistar do blago opalescentan rastvor | Potvrđeno |
| pH | | Opseg: 7,1 ± 0,2 | 7,0 |
| Volumen punjenja | epruvete | Opseg: 15mL | 15mL |
| | mala boca | Opseg:250 mL | / |
| | velika boca | Opseg: 500 mL | / |
| Test sterilnosti | Inkubacija (36 ± 2)°C, (44 ± 4) h | Bez porasta | Potvrđeno |
| | Inkubacija (25 ± 2)°C, 3 - 5 dana | Bez porasta | Potvrđeno |

**Mikrobiološke karakteristike:**

| **Kontrolni soj** | **Vrsta kontrole (kvalitativna)** | **Kriterijum** | **Rezultat ispitivanja** |
|---|---|---|---|
| *Candida albicans ATCC 10231* | Inkubacija na 30-35˚C, 48h, aerobni uslovi | Porast | Porast |
| *Bacillus subtilis ATCC 6633* | Inkubacija na 30-35˚C, 48h, aerobni uslovi | Porast | Porast |
| *Streptococcus pyogenes ATCC 19615* | Inkubacija na 30-35˚C, 48h, aerobni uslovi | Porast | Porast |
| *Staphylococcus aureus ATCC 6538* | Inkubacija na 30-35˚C, 48h, aerobni uslovi | Porast | Porast |
| *Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027* | Inkubacija na 30-35˚C, 48h, aerobni uslovi | Porast | Porast |
| *Clostridium sporogenes ATCC 19404* | Inkubacija na 30-35˚C, 48h, aerobni uslovi | Porast | Porast |

Referentna podloga je validovani TSA potvrđenog kvaliteta
Testirano u skladu sa European Pharmacopeia 07/2010:20601, CLSI M22-A3:Clinical and Laboratory Standards Institute-Quality Control for Commercially Prepared Microbiological Culture Media;Approved Standard-Third Edition, M22-A3 Vol.24 No19 i sa preporukom proizvođača dehidriranih podloga.
Napomena:n/p
**Uslovi skladištenja i rok trajanja:** Prema podacima na nalepnici proizvoda
**Veličina serije: 15mL-401kom**

*Ovim se potvrđuje da gore pomenuti LOT proizvoda zadovoljava zadate kriterijume iz specifikacije. Informacije koje su date ovde su precizne i tačne, međutim, i informacije i proizvodi su dati bez garancije za bilo koju zasebnu upotrebu, koja nije navedena u trenutnim uputstvima i datim od strane ProReady. Izveštaji o rezultatima su dati u vreme puštanja serije proizvoda.*



Rukovodilac kvaliteta u proizvodnji/ Lice odgovorno za kvalitet medicinskog sredstva

Datum izveštaja: 26.10.2026.