ProMedia doo
Proizvodno mesto: PC - PROIZVODNJA PRIPREMLJENIH MIKROBIOLOŠKIH HRANLJIVIH MEDIJUMA PROREADY, KIKINDA
Put za pristanište 140, 23300 Kikinda, Srbija; Tel: 0230/315-045; EMail: office@proready.rs; Web: www.proready.rs
ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001

SERTIFIKAT ANALIZE

Šifra proizvoda: PRM2062I	**Naziv: HiCrome Cronobacter Isolation Agar (CCI Agar)**	**Lot br: 0091826A**
Izveštaj br: 0091826A	**Datum proizvodnje: 21.10.2026.**	**Datum isteka roka: 19.01.2027.**

Sastav (u 1000 mL podloge)	
Tripton #	7,000
Ekstrakt kvasca	3,000
Natriju hlorid	5,000
Natrijum deoksiholat	0,250
5-Brom-4-hlor3-indol α-D-glukopiranozid	0,150
Amonijum gvožđe (III) citrat	1,000
Natrijum tiosulfat	1,000
Agar	15,000

Opšte karakteristike		**Kriterijum**	**Rezultat**
Boja		Žuta	Potvrđeno
Izgled		Providan do blago opalescentan gel	Potvrđeno
pH		Opseg: 7,3 ± 0,2	7,2
Debljina sloja		Opseg: 4-5 mm	4 mm
Test sterilnosti	Inkubacija (36 ± 2)°C, (44 ± 4) h	Bez porasta	Potvrđeno
	Inkubacija (25 ± 2)°C, 3 - 5 dana	Bez porasta	Potvrđeno

Mikrobiološke karakteristike:

Kontrolni soj	**Vrsta kontrole (kvalitativna)**	**Kriterijum**	**Rezultat ispitivanja**	**Kulturelne karakteristike**
Cronobacter sakazakii ATCC 29544	Inkubacija 24±2h,41,5±1°C, aerobni uslovi	Porast	Porast	Kolonije male do srednje veličine plave do plavo-zelene boje
Staphylococcus aureus ATCC 25923	Inkubacija 24±2h,41,5±1°C, aerobni uslovi	Potpuna inhibicija	Potpuna inhibicija	-
Enterobacter aerogenes ATCC 13048	Inkubacija 24±2h,41,5±1°C, aerobni uslovi	Porast	Porast	Kolonije bledo žute boje

Napomena: Napomena:Pojava čestica koje ne utiču na performanse podloge.
Referentna podloga je validovani Tripton soja agar proverenog kvaliteta
Testirano u skladu sa SRPS EN ISO 11133:2015 Mikrobiologija hrane, hrana za životinje i vode- Pripremanje, proizvodnja, čuvanje i ispitivanje performansi podloga za kulturu, SRPS EN ISO 22964:2017 Mikrobiologija lanca hrane- Horizontalna metoda za otkrivanje Cronobacter spp i sa preporukom proizvođača dehidriranih podloga.

Uslovi skladištenja i rok trajanja: Prema podacima na nalepnici proizvoda
Veličina serije: Ø90-193kom

Ovim se potvrđuje da gore pomenuti LOT proizvoda zadovoljava zadate kriterijume iz specifikacije. Informacije koje su date ovde su precizne i tačne, međutim, i informacije i proizvodi su dati bez garancije za bilo koju zasebnu upotrebu, koja nije navedena u trenutnim uputstvima i datim od strane ProReady. Izveštaji o rezultatima su dati u vreme puštanja serije proizvoda.



Rukovodilac kvaliteta u proizvodnji/ Lice odgovorno za kvalitet medicinskog sredstva

Datum izveštaja: 26.10.2026