ProMedia doo
Proizvodno mesto: PC - PROIZVODNJA PRIPREMLJENIH MIKROBIOLOŠKIH HRANLJIVIH MEDIJUMA PROREADY, KIKINDA
Put za pristanište 140, 23300 Kikinda, Srbija; Tel: 0230/315-045; EMail: office@proready.rs; Web: www.proready.rs
ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001

SERTIFIKAT ANALIZE

Šifra proizvoda: PRM868	**Naziv: Iron Sulphite Agar**	**Lot br: 0093326A**
Izveštaj br: 0093326A	**Datum proizvodnje: 27.10.2026.**	**Datum isteka roka: 26.02.2027.**

Sastav (u 1000 mL podloge)	
Enzimski hidrolizat kazeina	10,000 g
Natrijum sulfit	0,500 g
Gvožđe (III) citrat	0,500 g
Agar	15,000 g

Opšte karakteristike		**Kriterijum**	**Rezultat**
Boja		Žuta	Potvrđeno
Izgled		Blago opalescentan gel	Potvrđeno
pH		Opseg: 7,1 ± 0,2	7,2
Volumen punjenja	epruvete	Opseg: 9mL	/
	mala boca	Opseg: 250mL	250mL
	velika boca	Opseg: 500 mL	/
Test sterilnosti	Inkubacija (36 ± 2)°C, (44 ± 4) h	Bez porasta	Potvrđeno
	Inkubacija (25 ± 2)°C, 3 - 5 dana	Bez porasta	Potvrđeno

Mikrobiološke karakteristike:

Kontrolni soj	**Vrsta kontrole**	**Kriterijum**	**Rezultat ispitivanja**	**Kulturelne karakteristike**
Clostridium perfringens ATCC 13124	Inkubacija na 37±1°C, 20±2h, anaerobni uslovi (kvantitativna)	$P_R \geq 0,5$	$P_R = 0,97$	Crne kolonije
Escherichia coli ATCC 8739	Inkubacija na 37±1°C, 20±2h, anaerobni uslovi (kvalitativna)	Porast, bez prisustva crne boje	Porast	Bez prisustva crne boje

Referentna podloga je validovani TSA potvrđenog kvaliteta.
Testirano u skladu sa SRPS EN ISO 11133:2015 i sa preporukom proizvođača dehidriranih podloga.

Uslovi skladištenja i rok trajanja: Prema podacima na nalepnici proizvoda

Veličina serije: 250 mL–116kom

Ovim se potvrđuje da gore pomenuti LOT proizvoda zadovoljava zadate kriterijume iz specifikacije. Informacije koje su date ovde su precizne i tačne, međutim, i informacije i proizvodi su dati bez garancije za bilo koju zasebnu upotrebu, koja nije navedena u trenutnim uputstvima i datim od strane ProReady. Izveštaji o rezultatima su dati u vreme puštanja serije proizvoda.

Rukovodilac kvaliteta u proizvodnji/ Lice odgovorno za kvalitet medicinskog sredstva

Datum izveštaja: 02.11.2026.