ProMedia doo
Proizvodno mesto: PC - PROIZVODNJA PRIPREMLJENIH MIKROBIOLOŠKIH HRANLJIVIH MEDIJUMA PROREADY, KIKINDA
Put za pristanište 140, 23300 Kikinda, Srbija; Tel: 0230/315-045; EMail: office@proready.rs; Web: www.proready.rs
ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001

SERTIFIKAT ANALIZE

Šifra proizvoda: PRM052	**Naziv: Selenite F Broth**	**Lot br: 0093426A**
Izveštaj br: 0093426A	**Datum proizvodnje: 26.10.2026.**	**Datum isteka roka: 23.02.2027.**

Sastav (u 1000 mL podloge)	
Enzimski hidrolizat kazeina	5,000 g
Laktoza	4,000 g
Natrijum fosfat	10,000 g
Natrijum hidrogen selenit	4,000 g

Opšte karakteristike		**Kriterijum**	**Rezultat**
Boja		Krem do žute	Potvrđeno
Izgled		Bistar, bez precipitata	Potvrđeno
pH		Opseg: 7,0 ± 0,2	6,9
Volumen punjenja	epruvete	Opseg: 9mL	9mL
	mala boca	Opseg: 250mL	/
	velika boca	Opseg: 500 mL	/
Test sterilnosti	Inkubacija (36 ± 2)°C, (44 ± 4) h	Bez porasta	Potvrđeno
	Inkubacija (25 ± 2)°C, 3 - 5 dana	Bez porasta	Potvrđeno

Mikrobiološke karakteristike:

Kontrolni soj	**Očekivani rezultati na MacConkey-evom agaru (Inkubacija 18-24h na 35-37°C)**		**Rezultati**	
	Rast	**Kolonije**	**Rast**	**Kolonije**
Salmonella typhimurium ATCC 14028	+	Bezbojne	+	Bezbojne
Salmonella enteritidis ATCC 13076	+	Bezbojne	+	Bezbojne
Escherichia coli ATCC 25922	Potpuna ili parcijalna inhibicija	Pink sa precipitatom žuči	Potpuna inhibicija	-
Escherichia coli ATCC 8739	Potpuna ili parcijalna inhibicija	Pink sa precipitatom žuči	Potpuna inhibicija	-

Posle 18 časova inkubacije sojeve iz Selenit bujona preseja na MacConkey-ev agar ili neku drugu selektivnu podlogu za enterobakterije i inkubira ploče 18-24h na 37° C.
Testirano u skladu sa preporukom proizvođača dehidriranih podloga
Napomena:Pojava precipitata koji ne utiče na mikrobiološke performanse podloge

Uslovi skladištenja i rok trajanja: Prema podacima na nalepnici proizvoda

Veličina serije: 9mL-268kom

Ovim se potvrđuje da gore pomenuti LOT proizvoda zadovoljava zadate kriterijume iz specifikacije. Informacije koje su date ovde su precizne i tačne, međutim, i informacije i proizvodi su dati bez garancije za bilo koju zasebnu upotrebu, koja nije navedena u trenutnim uputstvima i datim od strane ProReady. Izveštaji o rezultatima su dati u vreme puštanja serije proizvoda.

Rukovodilac kvaliteta u proizvodnji/ Lice odgovorno za kvalitet medicinskog sredstva

Datum izveštaja: 02.11.2026.