ProMedia doo
Proizvodno mesto: PC - PROIZVODNJA PRIPREMLJENIH MIKROBIOLOŠKIH HRANLJIVIH MEDIJUMA PROREADY, KIKINDA
Put za pristanište 140, 23300 Kikinda, Srbija;
Tel: 0230/315-045; E-Mail: office@proready.rs; Web: www.proready.rs

PROREADY
Ready to Use Culture Media

SERTIFIKAT ANALIZE

Šifra proizvoda: PRM1840	**Naziv: Chromogenic Strep B Selective Agar Plate**	**Lot br: 0094326A**
Izveštaj br: 0094326A	**Datum proizvodnje: 27.10.2026.**	**Datum isteka roka: 26.12.2026.**

Sastav (u 1000 mL podloge)	
Hidrolizat proteina	17,500 g
Puferi	2,500 g
Hromogena mešavina	2,540 g
Selektivni agensi	0,110 g
Agar	15,000 g
Kolistin	10,000 mg
Nalidiksinska kiselina	10,000 mg
Gentamicin	2,000 mg

Opšte karakteristike		**Kriterijum**	**Rezultat**
Boja		Bela-krem	Potvrđeno
Izgled		Neproziran gel	Potvrđeno
pH		Opseg: 7,3 ± 0,2	7,1
Debljina sloja		Opseg: 4-5 mm	4mm
Test sterilnosti	Inkubacija (36 ± 2)°C, (44 ± 4) h	Bez porasta	Potvrđeno
	Inkubacija (25 ± 2)°C, 3 - 5 dana	Bez porasta	Potvrđeno

Mikrobiološke karakteristike:

Kontrolni soj	**Vrsta kontrole (kvalitativna)**	**Kriterijum**	**Rezultat ispitivanja**	**Kulturelne karakteristike**
Escherichia coli ATCC 25922	Inkubacija na 35-37°C, 24-48h aerobni uslovi	Potpuna inhibicija	Potpuna inhibicija	-
Staphylococcus aureus ATCC 25923	Inkubacija na 35-37°C, 24-48h aerobni uslovi	Potpuna inhibicija	Potpuna inhibicija	-
Streptococcus agalactiae ATCC 13813	Inkubacija na 35-37°C, 24-48h aerobni uslovi	Porast	Porast	Kolonije plave boje

Referentna podloga je validovani TSA potvrđenog kvaliteta
Testirano u skladu sa preporukom CLSI M22-A3:Clinical and Laboratory Standards Institute-Quality Control for Commercially Prepared Microbiological Culture Media;Approved Standard-Third Edition, M22-A3 Vol.24 No19 i sa preporukom proizvođača dehidriranih podloga .
Napomena: n/p
Uslovi skladištenja i rok trajanja: Prema podacima na nalepnici proizvoda

Veličina serije: Ø90-136kom

Ovim se potvrđuje da gore pomenuti LOT proizvoda zadovoljava zadate kriterijume iz specifikacije. Informacije koje su date ovde su precizne i tačne, međutim, i informacije i proizvodi su dati bez garancije za bilo koju zasebnu upotrebu, koja nije navedena u trenutnim uputstvima i datim od strane ProReady. Izveštaji o rezultatima su dati u vreme puštanja serije proizvoda.

Rukovodilac kvaliteta u proizvodnji/ Lice odgovorno za kvalitet medicinskog sredstva

Datum izveštaja: 02.11.2026.