ProMedia doo
Proizvodno mesto: PC - PROIZVODNJA PRIPREMLJENIH MIKROBIOLOŠKIH HRANLJIVIH MEDIJUMA PROREADY, KIKINDA
Put za pristanište 140, 23300 Kikinda, Srbija;
Tel: 0230/315-045; E-Mail: office@proready.rs; Web: www.proready.rs

PROREADY
Ready To Use Culture Media

SERTIFIKAT ANALIZE

6Šifra proizvoda: PRM994	**Naziv: Campylobacter Agar Plate**	**Lot br: 0094626A**
Izveštaj br: 0094626A	**Datum proizvodnje: 28.10.2026.**	**Datum isteka roka: 27.12.2026.**

Sastav (u 1000 mL podloge)	
Proteozni pepton	15,000 g
Digest jetre	2,500 g
Ekstrakt kvasca	5,000 g
Natrijum hlorid	5,000 g
Agar	12,000 g
Polimiksin B	2500 IU
Vankomicin	10,000 mg
Trimetoprim	5,000 mg
Amfotericin B	2,000 mg
Cefalotin	15,000 mg
Nutrient supplement S Medium	100,000 mL

Opšte karakteristike		**Kriterijum**	**Rezultat**
Boja		Crvena	Potvrđeno
Izgled		Neprovidan gel	Potvrđeno
pH		Opseg: 7,4 ± 0,2	7,4
Debljina sloja		Opseg: 4-5 mm	4 mm
Test sterilnosti	Inkubacija (36 ± 2)°C, (44 ± 4) h	Bez porasta	Potvrđeno
	Inkubacija (25 ± 2)°C, 3 - 5 dana	Bez porasta	Potvrđeno

Mikrobiološke karakteristike:

Kontrolni soj	**Vrsta kontrole (kvalitativna)**	**Kriterijum**	**Rezultat ispitivanja**	**Kulturelne karakteristike**
Campylobacter jejuni ATCC 33291	Inkubacija 24-48h na 42°C u mikroaerofilni uslovima	Porast	Porast	Sive, ravnih ivica, sjajne
Escherichia coli ATCC 25922	Inkubacija 24-48h na 42°C u mikroaerofilni uslovima	Potpuna ili parcijalna inhibicija	Potpuna inhibicija	-
Enterococcus faecalis ATCC 29212	Inkubacija 24-48h na 42°C u mikroaerofilni uslovima	Potpuna ili parcijalna inhibicija	Potpuna inhibicija	-
Candida albicans ATCC 10231	Inkubacija 24-48h na 42°C u mikroaerofilni uslovima	Potpuna ili parcijalna inhibicija	Potpuna inhibicija	-

Referentna podloga je validovani Campylobacter Agar Plate
Testirano u skladu sa CLSI M22-A3:Clinical and Laboratory Standards Institute-Quality Control for Commercially Prepared Microbiological Culture Media;Approved Standard-Third Edition, M22-A3 Vol. 24 No 19 i sa preporukom proizvođača dehidriranih podloga.
Napomena:n/p
Uslovi skladištenja i rok trajanja: Prema podacima na nalepnici proizvoda
Veličina serije: Ø90-624kom
Ovim se potvrđuje d296a gore pomenuti LOT proizvoda zadovoljava zadate kriterijume iz specifikacije. Informacije koje su date ovde su precizne i tačne, međutim, i informacije i proizvodi su dati bez garancije za bilo koju zasebnu upotrebu, koja nije navedena u trenutnim uputstvima i datim od strane ProReady. Izveštaji o rezultatima su dati u vreme puštanja serije proizvoda.

Rukovodilac kvaliteta u proizvodnji/ Lice odgovorno za kvalitet medicinskog sredstva

Datum izveštaja: 02.11.2026.