ProMedia doo
Proizvodno mesto: PC - PROIZVODNJA PRIPREMLJENIH MIKROBIOLOŠKIH HRANLJIVIH MEDIJUMA PROREADY, KIKINDA
Put za pristanište 140, 23300 Kikinda, Srbija;
Tel: 0230/315-045; E-Mail: office@proready.rs; Web: www.proready.rs

PROREADY
Ready To Use Culture Media

SERTIFIKAT ANALIZE

Šifra proizvoda: PRM1032	**Naziv: SS Agar Plate (Salmonella Shigella Agar)**	**Lot br: 0095126A**
Izveštaj br: 0095126A	**Datum proizvodnje: 29.10.2026.**	**Datum isteka roka: 27.01.2027.**

Sastav (u 1000 mL podloge)	
Goveđi ekstrakt	5,000 g
Peptinski hidrolizat životinjskog tkiva	5,000 g
Laktoza	10,000 g
Žučne soli	8,500 g
Natrijum citrat	10,000 g
Natrijum tiosulfat	8,500 g
Gvožđe amonijum citrat	1,000 g
Brilijant zeleno	0,0003 g
Neutralno crveno	0,025 g
Agar	15,000 g

Opšte karakteristike		**Kriterijum**	**Rezultat**
Boja		Ružičasto - narandžasta	Potvrđeno
Izgled		Providan do blago opalescentan gel	Potvrđeno
pH		Opseg: 7,0 ± 0,2	7,2
Debljina sloja		Opseg: 4-5 mm	4mm
Test sterilnosti	Inkubacija (36 ± 2) °C, (44 ± 4) h	Bez porasta	Potvrđeno
	Inkubacija (25 ± 2) °C, 4 - 5 dana	Bez porasta	Potvrđeno

Mikrobiološke karakteristike:

Kontrolni soj	**Vrsta kontrole (kvalitativna)**	**Kriterijum**	**Rezultat ispitivanja**	**Kulturelne karakteristike**
Salmonella typhimurium ATCC 14028	Inkubacija na 37°C, 48h, aerobni uslovi	Porast	Porast	Bezbojne kolonije sa crnim centrom
Salmonella enteritidis ATCC 13076	Inkubacija na 37°C, 48h, aerobni uslovi	Porast	Porast	Bezbojne kolonije sa crnim centrom
Shigella flexneri ATCC 12022	Inkubacija na 37°C, 48h, aerobni uslovi	Porast	Porast	Bezbojne kolonije
Escherichia coli ATCC 25922	Inkubacija na 37°C, 48h, aerobni uslovi	Potpuna ili parcijalna inhibicija	Potpuna inhibicija	Crvene kolonije
Enterococcus faecalis ATCC 29212	Inkubacija na 37°C, 48h, aerobni uslovi	Potpuna inhibicija	Potpuna inhibicija	-
Staphylococcus aureus ATCC 25923	Inkubacija na 37°C, 48h, aerobni uslovi	Potpuna inhibicija	Potpuna inhibicija	-

Referentna podloga je validovani Tripton soja agar potvrđenog kvaliteta.
Testirano u skladu sa CLSI M22-A3:Clinical and Laboratory Standards Institute-Quality Control for Commercially Prepared Microbiological Culture Media;Approved Standard-Third Edition, M22-A3 Vol.24 No19 i sa preporukom proizvođača dehidriranih podloga.
Napomena:Pojava pigmenta koji ne utiče na mikrobiološke performanse podloge.
Uslovi skladištenja i rok trajanja: Prema podacima na nalepnici proizvoda.
Veličina serije: Ø90-1031kom
Ovim se potvrđuje da gore pomenuti LOT proizvoda zadovoljava zadate kriterijume iz specifikacije. Informacije koje su date ovde su precizne i tačne, međutim, i informacije i proizvodi su dati bez garancije za bilo koju zasebnu upotrebu, koja nije navedena u trenutnim uputstvima i datim od strane ProReady. Izveštaji o rezultatima su dati u vreme puštanja serije proizvoda.

Za Rukovodilac kvaliteta u proizvodnji/ Lice odgovorno za kvalitet medicinskog sredstva

Datum izveštaja: 04.11.2026.