ProMedia doo
Proizvodno mesto: PC - PROIZVODNJA PRIPREMLJENIH MIKROBIOLOŠKIH HRANLJIVIH MEDIJUMA PROREADY, KIKINDA
Put za pristanište 140, 23300 Kikinda, Srbija;
Tel: 0230/315-045; E-Mail: office@proready.rs; Web: www.proready.rs

SERTIFIKAT ANALIZE

Šifra proizvoda: PRM313	**Naziv: Todd Hewitt Broth w/ CNA**	**Lot br: 0096826A**
Izveštaj br: 0096826A	**Datum proizvodnje: 04.11.2026.**	**Datum isteka roka: 02.02.2027.**

Sastav (u 1000 mL podloge)	
Infuzum goveđeg srca	10,100 g
Pepton	20,000 g
Dekstroza(Glukoza)	2,000 g
Natrijum hlorid	2,000 g
Dinatrijum hidrogen fosfat	0,400 g
Natrijum karbonat	2,500 g
Kolistin	0,010g
Nalidiksinska kiselina	0,015g

Opšte karakteristike		**Kriterijum**	**Rezultat**
Boja		Srednje ćilibarna	Potvrđeno
Izgled		Bistar, bez precipitata	Potvrđeno
pH		Opseg: 7,8 ± 0,2	7,9
Volumen punjenja	epruvete	Opseg: 9mL	9mL
	mala boca	Opseg: 250mL	/
	velika boca	Opseg: 500 mL	/
Test sterilnosti	Inkubacija (36 ± 2)°C, (44 ± 4) h	Bez porasta	Potvrđeno
	Inkubacija (25 ± 2)°C, 3 - 5 dana	Bez porasta	Potvrđeno

Mikrobiološke karakteristike:

Kontrolni soj	**Vrsta kontrole (kvalitativna)**	**Kriterijum**	**Rezultat ispitivanja**
Streptococcus agalactiae ATCC 13813	Inkubacija na 35-37ºC, 18-48h, aerobni uslovi	Dobar porast	Dobar porast
Escherichia coli ATCC 25922	Inkubacija na 35-37ºC, 18-48h, aerobni uslovi	Odsustvo rasta/ Slab porast	Odsustvo rasta

Referentna podloga je Soyabean Casein Digest Agar Plate proverenog kvaliteta.

Testirano u skladu sa preporukom proizvođača dehidriranih podloga
Napomena:N/P
Uslovi skladištenja i rok trajanja: Prema podacima na nalepnici proizvoda

Veličina serije: 201kom

Ovim se potvrđuje da gore pomenuti LOT proizvoda zadovoljava zadate kriterijume iz specifikacije. Informacije koje su date ovde su precizne i tačne, međutim, i informacije i proizvodi su dati bez garancije za bilo koju zasebnu upotrebu, koja nije navedena u trenutnim uputstvima i datim od strane ProReady. Izveštaji o rezultatima su dati u vreme puštanja serije proizvoda.



Rukovodilac kvaliteta u proizvodnji/ Lice odgovorno za kvalitet medicinskog sredstva

Datum izveštaja: 09.11.2026.