ProMedia doo
Proizvodno mesto: PC - PROIZVODNJA PRIPREMLJENIH MIKROBIOLOŠKIH HRANLJIVIH MEDIJUMA PROREADY, KIKINDA
Put za pristanište 140, 23300 Kikinda, Srbija;
Tel: 0230/315-045; E-Mail: office@proready.rs; Web: www.proready.rs

SERTIFIKAT ANALIZE

Šifra proizvoda: PRM024N	**Naziv: Cetrimide w Nalidixic Acid Agar Plate**	**Lot br: 0097026A**
Izveštaj br: 0097026A	**Datum proizvodnje: 05.11.2026.**	**Datum isteka roka: 04.04.2027.**

Sastav (u 1000 mL podloge)	
Pankreasni hidrolizat želatina	20,000 g
Magnezijum hlorid	1,400 g
Kalijum sulfat	10,000 g
Cetrimid	0,300 g
Agar	15,000 g
Nalidiksinska kiselina	0,015 g

Opšte karakteristike		**Kriterijum**	**Rezultat**
Boja		Svetlo žuta	Potvrđeno
Izgled		Opalescentan gel sa sasvim malo precipitata	Potvrđeno
pH		Opseg: 7,2 ± 0,2	7,3
Debljina sloja		Opseg: 4-5 mm	4 mm
Test sterilnosti	Inkubacija (36 ± 2)°C, (44 ± 4) h	Bez porasta	Potvrđeno
	Inkubacija (25 ± 2)°C, 3 - 5 dana	Bez porasta	Potvrđeno

Mikrobiološke karakteristike:

Kontrolni soj	**Vrsta kontrole**	**Kriterijum**	**Rezultat ispitivanja**	**Kulturelne karakteristike**
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	Inkubacija na 30-35 °C, 18-24 h, aerobni uslovi (kvantitativna)	$P_R \geq 0,5$	$P_R = 0,88$	Zelenkasto žućkaste kolonije
Escherichia coli ATCC 25922	Inkubacija na 30-35 °C, 72 h, aerobni uslovi (kvalitativna)	Potpuna inhibicija	Potpuna inhibicija	-

Referentna podloga je validovani Tripton soja agar potvrđenog kvaliteta.
Testirano u skladu sa preporukom proizvođača dehidriranih podloga.
Napomena: n/p
Uslovi skladištenja i rok trajanja: Prema podacima na nalepnici proizvoda.

Veličina serije: Ø90-1966kom

Ovim se potvrđuje da gore pomenuti LOT proizvoda zadovoljava zadate kriterijume iz specifikacije. Informacije koje su date ovde su precizne i tačne, međutim, i informacije i proizvodi su dati bez garancije za bilo koju zasebnu upotrebu, koja nije navedena u trenutnim uputstvima i datim od strane ProReady. Izveštaji o rezultatima su dati u vreme puštanja serije proizvoda.

Rukovodilac kvaliteta u proizvodnji/ Lice odgovorno za kvalitet medicinskog sredstva

Datum izveštaja: 10.11.2026.