ProMedia doo
Proizvodno mesto: PC - PROIZVODNJA PRIPREMLJENIH MIKROBIOLOŠKIH HRANLJIVIH MEDIJUMA PROREADY, KIKINDA
Put za pristanište 140, 23300 Kikinda, Srbija; Tel: 0230/315-045; EMail: office@proready.rs; Web: www.proready.rs
ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001

SERTIFIKAT ANALIZE

Šifra proizvoda: PRMS073	**Naziv: Blood Agar Base**	**Lot br: 0097826A**
Izveštaj br: 0097826A	**Datum proizvodnje: 06.11.2026.**	**Datum isteka roka: 05.04.2027.**

Sastav (u 1000 mL podloge)	
Pepton goveđeg srca	10,000 g
Triptoza	10,000 g
Natrijum hlorid	5,000 g
Agar	15,000 g

Opšte karakteristike		**Kriterijum**	**Rezultat**
Boja		Svetlo ćilibarna	Potvrđeno
Izgled		Providan do blago opalescentan gel	Potvrđeno
pH		Opseg: 7,3 ± 0,2	7,4
Volumeen punjenja	boca	Opseg 300ml	300ml
Test sterilnosti	Inkubacija (36 ± 2)°C, (44 ± 4) h	Bez porasta	Potvrđeno
	Inkubacija (25 ± 2)°C, 3 – 5 dana	Bez porasta	Potvrđeno

Mikrobiološke karakteristike:

Kontrolni soj	**Vrsta kontrole (kvalitativna)**	**Kriterijum**	**Rezultat ispitivanja**	**Kulturelne karakteristike**
Staphylococcus aureus ATCC 25923	Inkubacija na 35°C, 24h, aerobni uslovi	Porast	Porast	Kolonije karakteristične za vrstu
Escherichia coli ATCC 25922	Inkubacija na 35°C, 24h, aerobni uslovi	Porast	Porast	
Streptococcus pyogenes ATCC 19615	Inkubacija na 35°C, 24h, aerobni uslovi	Porast	Porast	
Staphylococcus epidermidis ATCC 12228	Inkubacija na 35°C, 24h, aerobni uslovi	Porast	Porast	

Referentna podloga je validovani Tripton Soja Agar potvrđenog kvaliteta.
Testirano u skladu sa CLSI M22-A3:Clinical and Laboratory Standards Institute-Quality Control for Commercially Prepared Microbiological Culture Media;Approved Standard-Third Edition, M22-A3 Vol.24 No19 i u skladu sa preporukom proizvođača dehidriranih podloga.

Uslovi skladištenja i rok trajanja: Prema podacima na nalepnici proizvoda

Veličina serije: 300mL-27kom

Ovim se potvrđuje da gore pomenuti LOT proizvoda zadovoljava zadate kriterijume iz specifikacije. Informacije koje su date ovde su precizne i tačne, međutim, i informacije i proizvodi su dati bez garancije za bilo koju zasebnu upotrebu, koja nije navedena u trenutnim uputstvima i datim od strane ProReady. Izveštaji o rezultatima su dati u vreme puštanja serije proizvoda.

Rukovodilac kvaliteta u proizvodnji/ Lice odgovorno za kvalitet medicinskog sredstva

Datum izveštaja: 11.11.2026.