**ProMedia doo**
Proizvodno mesto: PC - PROIZVODNJA PRIPREMLJENIH MIKROBIOLOŠKIH HRANLJIVIH MEDIJUMA PROREADY, KIKINDA
Put za pristanište 140, 23300 Kikinda, Srbija;
Tel: 0230/315-045; E-Mail: office@proready.rs; Web: www.proready.rs

# SERTIFIKAT ANALIZE

| | | |
|---|---|---|
| **Šifra proizvoda: PRM636** | **Naziv: MYP Agar Plate** | **Lot br: 0099526A** |
| **Izveštaj br: 0099526A** | **Datum proizvodnje: 11.11.2026.** | **Datum isteka roka: 11.03.2027.** |

| **Sastav (u 1000 mL podloge)** | |
|---|---|
| Peptinski digest životinjskog tkiva | 10,000 g |
| Mesni ekstrakt | 1,000 g |
| D-Mannitol | 10,000 g |
| Natrijum hlorid | 10,000 g |
| Fenol crveno | 0,025 g |
| Agar | 15,000 g |
| Polimiksin B sulfat | 100000 IU |
| Emulzija žumanca | 100,000 mL |

| **Opšte karakteristike** | | **Kriterijum** | **Rezultat** |
|---|---|---|---|
| Boja | | Svetlo narandžasta | Potvrđeno |
| Izgled | | Neprovidan gel | Potvrđeno |
| pH | | Opseg: 7,1 ± 0,2 | 7,0 |
| Debljina sloja | | Opseg: 4-5 mm | 4 mm |
| Test sterilnosti | Inkubacija (36 ± 2)°C, (44 ± 4) h | Bez porasta | Potvrđeno |
| | Inkubacija (25 ± 2)°C, 3 - 5 dana | Bez porasta | Potvrđeno |

**Mikrobiološke karakteristike:**

| **Kontrolni soj** | **Vrsta kontrole** | **Kriterijum** | **Rezultat ispitivanja** | **Kulturelne karakteristike** |
|---|---|---|---|---|
| *Bacillus cereus ATCC 11778* | Inkubacija na 30±1°C, 24±3-44±3 h, aerobni uslovi (kvantitativna) | $P_R \geq 0,5$ | $P_R=1,03$ | Ružičaste kolonije okružene zonom precipitata |
| *Escherichia coli ATCC 25922* | Inkubacija na 30-35 °C, 44±4h, aerobni uslovi (kvalitativna) | Potpuna ili parcijalna inhibicija | Potpuna inhibicija | - |
| *Bacillus subtilis ATCC 6633* | Inkubacija na 30-35 °C, 24-48 h, aerobni uslovi (kvalitativna) | - | Žute kolonije bez zone precipitata | Žute kolonije bez zone precipitata |

Napomena: n/p
Referentna podloga je validovani Tripton soja agar potvrđenog kvaliteta.
Testirano u skladu sa SRPS EN ISO 11133:2015 i sa preporukom proizvođača dehidriranih podloga.

**Uslovi skladištenja i rok trajanja:** Prema podacima na nalepnici proizvoda

**Veličina serije: Ø90-2563kom**

*Ovim se potvrđuje dagore pomenuti LOT proizvoda zadovoljava zadate kriterijume iz specifikacije. Informacije koje su date ovde su precizne i tačne, međutim, i informacije i proizvodi su dati bez garancije za bilo koju zasebnu upotrebu, koja nije navedena u trenutnim uputstvima i datim od strane ProReady. Izveštaji o rezultatima su dati u vreme puštanja serije proizvoda.*



Rukovodilac kvaliteta u proizvodnji/ Lice odgovorno za kvalitet medicinskog sredstva

Datum izveštaja: 16.11.2026.