ProMedia doo
Proizvodno mesto: PC - PROIZVODNJA PRIPREMLJENIH MIKROBIOLOŠKIH HRANLJIVIH MEDIJUMA PROREADY, KIKINDA
Put za pristanište 140, 23300 Kikinda, Srbija;
Tel: 0230/315-045; E-Mail: office@proready.rs; Web: www.proready.rs

SERTIFIKAT ANALIZE

Šifra proizvoda: PRM843	**Naziv: Yersinia Selective Agar Plate (CIN)**	**Lot br: 0099626A**
Izveštaj br: 0099626A	**Datum proizvodnje: 11.11.2026.**	**Datum isteka roka: 10.01.2027.**

Sastav (u 1000 mL podloge)	
Pepton, specijalni	20,000 g
Ekstrakt kvasca	2,000 g
Manitol	20,000 g
Natrijum piruvat	2,000 g
Natrijum hlorid	1,000 g
Magnezijum sulfat	0,010 g
Natrijum deoksiholat	0,500 g
Neutralno crveno	0,030 g
Kristal ljubičasto	0,001 g
Agar	12,500 g
Cefsulodin	15,000 mg
Triklosan (Irgasan)	4,000 mg
Novobiocin	2,500 mg

Opšte karakteristike		**Kriterijum**	**Rezultat**
Boja		Narandžasta	Potvrđeno
Izgled		Providan do blago opalescentan gel	Potvrđeno
pH		Opseg: 7,4 ± 0,2	7,4
Deblljina sloja		Opseg: 4-5 mm	4 mm
Test sterilnosti	Inkubacija (36 ± 2)°C, (44 ± 4) h	Bez porasta	Potvrđeno
	Inkubacija (25 ± 2)°C, 3 - 5 dana	Bez porasta	Potvrđeno

Mikrobiološke karakteristike:

Kontrolni soj	**Vrsta kontrole (kvalitativna)**	**Kriterijum**	**Rezultat ispitivanja**	**Kulturelne karakteristike**
Yersinia enterocolitica ATCC 27729	Inkubacija na 30±1˚C, 21±3h, aerobni uslovi	Porast	Porast	Providne kolonije sa tamno ružičastim centrima
Escherichia coli ATCC 25922	Inkubacija na 30±1˚C, 21±3h, aerobni uslovi	Potpuna ili parcijalna inhibicija	Potpuna inhibicija	Bez karakterističnih kolonija
Staphylococcus aureus ATCC 25923	Inkubacija na 30±1˚C, 21±3h, aerobni uslovi	Potpuna inhibicija	Potpuna inhibicija	-

Referentna podloga je validovani Tripton soja agar potvrđenog kvaliteta.
Testirano u skladu sa SRPS EN ISO 11133:2015 i sa preporukom proizvođača dehidriranih podloga.
Napomena:n/p
Uslovi skladištenja i rok trajanja: Prema podacima na nalepnici proizvoda

Veličina serije: Ø90-256kom

Ovim se potvrđuje da gore pomenuti LOT proizvoda zadovoljava zadate kriterijume iz specifikacije. Informacije koje su date ovde su precizne i tačne, međutim, i informacije i proizvodi su dati bez garancije za bilo koju zasebnu upotrebu, koja nije navedena u trenutnim uputstvima i datim od strane ProReady. Izveštaji o rezultatima su dati u vreme puštanja serije proizvoda.



Rukovodilac kvaliteta u proizvodnji/ Lice odgovorno za kvalitet medicinskog sredstva

Datum izveštaja: 16.11.2026.