ProMedia doo
Proizvodno mesto: PC - PROIZVODNJA PRIPREMLJENIH MIKROBIOLOŠKIH HRANLJIVIH MEDIJUMA PROREADY, KIKINDA
Put za pristanište 140, 23300 Kikinda, Srbija; Tel: 0230/315-045; EMail: office@proready.rs; Web: www.proready.rs
ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001

SERTIFIKAT ANALIZE

Šifra proizvoda: PRM1591	**Naziv: Tryptone Bile Glucoronic Agar Plate (TBX)**	**Lot br: 0100126A**
Izveštaj br: 0100126A	**Datum proizvodnje: 12.11.2026.**	**Datum isteka roka: 11.04.2027.**

Sastav (u 1000 mL podloge)	
Mešavina žučnih soli	1,500 g
Enzimski digest kazeina	20,000 g
X-β-D glukuronska kiselina	0,075 g
Dimetil sulfoksid	3,000 g
Agar	15,000 g

Opšte karakteristike		**Kriterijum**	**Rezultat**
Boja		Žuta	Potvrđeno
Izgled		Providan do blago opalescentan gel	Potvrđeno
pH		Opseg: 7,2± 0,2	7,3
Debljina sloja		Opseg: 4-5 mm	4 mm
Test sterilnosti	Inkubacija (36 ± 2)°C, (44 ± 4) h	Bez porasta	Potvrđeno
	Inkubacija (25 ± 2)°C, 3 - 5 dana	Bez porasta	Potvrđeno

Mikrobiološke karakteristike:

Kontrolni soj	**Vrsta kontrole**	**Kriterijum**	**Rezultat ispitivanja**	**Kulturelne karakteristike**
Escherichia coli ATCC 25922	Inkubacija na 44±1 °C, 18-24 h aerobni uslovi (kvantitativna)	P_R≥0,5	P_R=0,89	Kolonije plavo zelene boje
Escherichia coli ATCC 8739	Inkubacija na 44±1 °C, 18-24 h aerobni uslovi (kvantitativna)	P_R≥0,5	P_R=1,11	Kolonije plavo zelene boje
Enterococcus faecalis ATCC 29212	Inkubacija na 44±1 °C, 18-24 h aerobni uslovi (kvalitativna)	Potpuna inhibicija	Potpuna inhibicija	-
Citrobacter freundii ATCC 43864	Inkubacija na 44±1 °C, 18-24 h aerobni uslovi (kvalitativna)	-	Beličaste kolonije	Beličaste kolonije
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	Inkubacija na 44±1 °C, 18-24 h aerobni uslovi (kvalitativna)	-	Bele do žuto zelene kolonije	Bele do žuto zelene kolonije

Referentna podloga za kvantitativna ispitivanja je validovani TSA potvrđenog kvaliteta
Testirano u skladu sa SRPS EN ISO 11133:2015 i sa preporukom proizvođača dehidriranih podloga.

Uslovi skladištenja i rok trajanja: Prema podacima na nalepnici proizvoda

Veličina serije: Ø90-1187kom

Ovim se potvrđuje da gore pomenuti LOT proizvoda zadovoljava zadate kriterijume iz specifikacije. Informacije koje su date ovde su precizne i tačne, međutim, i informacije i proizvodi su dati bez garancije za bilo koju zasebnu upotrebu, koja nije navedena u trenutnim uputstvima i datim od strane ProReady. Izveštaji o rezultatima su dati u vreme puštanja serije proizvoda.

Rukovodilac kvaliteta u proizvodnji/ Lice odgovorno za kvalitet medicinskog sredstva

Datum izveštaja: 17.11.2026.