ProMedia doo
Proizvodno mesto: PC - PROIZVODNJA PRIPREMLJENIH MIKROBIOLOŠKIH HRANLJIVIH MEDIJUMA PROREADY, KIKINDA
Put za pristanište 140, 23300 Kikinda, Srbija;
Tel: 0230/315-045; E-Mail: office@proready.rs; Web: www.proready.rs

SERTIFIKAT ANALIZE

Šifra proizvoda: PRM837I	**Naziv: Perfringens Agar Plate**	**Lot br: 0100826A**
Izveštaj br: 0100826A	**Datum proizvodnje: 16.11.2026.**	**Datum isteka roka: 16.03.2027.**

Sastav (u 1000 mL podloge)	
Triptoza	15,000 g
Papainski digest sojinog brašna	5,000 g
Ekstrakt kvasca	5,000 g
Natrijum metabisulfit	1,000 g
Gvožđe amonijum citrat	1,000 g
Agar	15,000 g
D-cikloserin	0,400 g

Opšte karakteristike		**Kriterijum**	**Rezultat**
Boja		Ćilibarna	Potvrđeno
Izgled		Providan do blago opalescentan gel	Potvrđeno
pH		Opseg: 7,6 ± 0,2	7,8
Debljina sloja		Opseg: 4-5 mm	4 mm
Test sterilnosti	Inkubacija (36 ± 2)°C, (44 ± 4) h	Potvrđeno	Potvrđeno
	Inkubacija (25 ± 2)°C, 3 - 5 dana	Potvrđeno	Potvrđeno

Mikrobiološke karakteristike:

Kontrolni soj	**Vrsta kontrole**	**Kriterijum**	**Rezultat ispitivanja**	**Kulturelne karakteristike**
Clostridium perfringens ATCC 13124	Inkubacija na 37±1˚C, 20±2h, anaerobni uslovi (kvantitativna)	$P_R \geq 0,5$	$P_R = 0.89$	Crne kolonije
Escherichia coli ATCC 25922	Inkubacija na 37±1˚C, 20±2h, anaerobni uslovi (kvalitativna)	Potpuna inhibicija	Potpuna inhibicija	-

Referentna podloga je validovani Perfringens Agar Plate proverenog kvaliteta.
Testirano u skladu sa SRPS EN ISO 11133:2015.
Napomena: Pojava čestica koje ne utiču na mikrobiološke preformanse podloge
Uslovi skladištenja i rok trajanja: Prema podacima na nalepnici proizvoda

Veličina serije: Ø90-1544kom

Ovim se potvrđuje da gore pomenuti LOT proizvoda zadovoljava zadate kriterijume iz specifikacije. Informacije koje su date ovde su precizne i tačne, međutim, i informacije i proizvodi su dati bez garancije za bilo koju zasebnu upotrebu, koja nije navedena u trenutnim uputstvima i datim od strane ProReady. Izveštaji o rezultatima su dati u vreme puštanja serije proizvoda.

Rukovodilac kvaliteta u proizvodnji/ Lice odgovorno za kvalitet medicinskog sredstva

Datum izveštaja: 23.11.2026.