ProMedia doo
Proizvodno mesto: PC - PROIZVODNJA PRIPREMLJENIH MIKROBIOLOŠKIH HRANLJIVIH MEDIJUMA PROREADY, KIKINDA
Put za pristanište 140, 23300 Kikinda, Srbija;
Tel: 0230/315-045; E-Mail: office@proready.rs; Web: www.proready.rs

SERTIFIKAT ANALIZE

Šifra proizvoda: PRM962PH	**Naziv: R-2A Agar Plate, PH**	**Lot br: 0101326A**
Izveštaj br: 0101326A	**Datum proizvodnje: 17.11.2026.**	**Datum isteka roka: 16.04.2027.**

Sastav (u 1000 mL podloge)	
Kiselinski hidrolizat kazeina	0,500 g
Ekstrakt kvasca	0,500 g
Proteozni pepton	0,500 g
Dekstroza	0,500 g
Skrob, rastvorljiv	0,500 g
Dikalijum fosfat	0,300 g
Magnezijum sulfat	0,024 g
Natrijum piruvat	0,300 g
Agar	15,000 g

Opšte karakteristike		**Kriterijum**	**Rezultat**
Boja		Svetlo žuta	Potvrđeno
Izgled		Providan do blago opalescentan gel	Potvrđeno
pH		Opseg: 7,2 ± 0,2	7,2
Debljina sloja		5 mm	5 mm
Test sterilnosti	Inkubacija (36 ± 2)°C, (44 ± 4) h	Bez porasta	Potvrđeno
	Inkubacija (25 ± 2) °C, 3 - 5 dana	Bez porasta	Potvrđeno

Mikrobiološke karakteristike:

Kontrolni soj	**Vrsta kontrole (kvantitativna)**	**Kriterijum**	**Rezultat ispitivanja**	**Kulturelne karakteristike**
Staphylococcus aureus ATCC 6538	Inkubacija na 30-35°C, 72 h, aerobni uslovi	$P_R \geq 0,5$	$P_R = 1,03$	Zlatno žute kolonije
Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027	Inkubacija na 30-35°C, 72 h, aerobni uslovi	$P_R \geq 0,5$	$P_R = 1,06$	Zelenkasto-žućkaste kolonije
Bacillus subtilis ATCC 6633	Inkubacija na 30-35°C, 72 h, aerobni uslovi	$P_R \geq 0,5$	$P_R = 0,93$	Bele, suve kolonije

Referentna podloga je validovani TSA agar potvrđenog kvaliteta.
Testirano u skladu sa European Pharmacopeia 7.0-2.6.12. Microbiological examination of non-sterile products :microbial enumeration test i sa preporukom proizvođača dehidriranih podloga
Napomena:n/p
Uslovi skladištenja i rok trajanja: Prema podacima na nalepnici proizvoda

Veličina serije: Ø90-3933kom

Ovim se potvrđuje da gore pomenuti LOT proizvoda zadovoljava zadate kriterijume iz specifikacije. Informacije koje su date ovde su precizne i tačne, međutim, i informacije i proizvodi su dati bez garancije za bilo koju zasebnu upotrebu, koja nije navedena u trenutnim uputstvima i datim od strane ProReady. Izveštaji o rezultatima su dati u vreme puštanja serije proizvoda.



Rukovodilac kvaliteta u proizvodnji/ Lice odgovorno za kvalitet medicinskog sredstva

Datum izveštaja: 23.11.2026.