ProMedia doo
Proizvodno mesto: PC - PROIZVODNJA PRIPREMLJENIH MIKROBIOLOŠKIH HRANLJIVIH MEDIJUMA PROREADY, KIKINDA
Put za pristanište 140, 23300 Kikinda, Srbija; Tel: 0230/315-045; EMail: office@proready.rs; Web: www.proready.rs
ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001

SERTIFIKAT ANALIZE

Šifra proizvoda: PRM118	**Naziv: Mannitol Salt Agar Plate**	**Lot br: 0101426A**
Izveštaj br: 0101426A	**Datum proizvodnje: 17.11.2026.**	**Datum isteka roka: 16.04.2027.**

Sastav (u 1000 mL podloge)	
Proteozni pepton	10,000 g
Ekstrakt mesa B#	1,000 g
Natrijum hlorid	75,000 g
D-manitol	10,000 g
Fenol crveno	0,025 g
Agar	15,000 g

Opšte karakteristike		**Kriterijum**	**Rezultat**
Boja		Crvena	Potvrđeno
Izgled		Providan do blago opalescentan gel	Potvrđeno
pH		Opseg: 7,4 ± 0,2	7,4
Debljina sloja		Opseg: 4-5 mm	4 mm
Test sterilnosti	Inkubacija (36 ± 2)°C, (44 ± 4) h	Bez porasta	Potvrđeno
	Inkubacija (25 ± 2)°C, 3 - 5 dana	Bez porasta	Potvrđeno

Mikrobiološke karakteristike:

Kontrolni soj	**Vrsta kontrole**	**Kriterijum**	**Rezultat ispitivanja**	**Kulturelne karakteristike**
Staphylococcus aureus ATCC 25923	Inkubacija 24-48h, 35˚C aerobni uslovi (kvalitativna)	Porast	Porast	Žuto/bele kolonije okružene žutom zonom
Staphylococcus epidermidis ATCC 12228	Inkubacija 24-48h, 35˚C aerobni uslovi (kvalitativna)	Porast	Porast	Crvene kolonije
Escherichia coli ATCC 25922	Inkubacija ≥72h, 35˚C aerobni uslovi (kvalitativna)	Potpuna inhibicija	Potpuna inhibicija	-
Proteus mirabilis ATCC 12453	Inkubacija ≥72h, 35˚C aerobni uslovi (kvalitativna)	Potpuna ili parcijalna inhibicija	Potpuna inhibicija	Žute kolonije
Enterobacter aerogenes ATCC 13048	Inkubacija ≥72h, 35˚C aerobni uslovi (kvalitativna)	Potpuna inhibicija	Potpuna inhibicija	-
Staphylococcus aureus ATCC 6538	Inkubacija 24-48h, 35˚C aerobni uslovi (kvantitativna)	$P_R \geq 0,5$	P_R=0,89	Žuto/bele kolonije okružene žutom zonom
Escherichia coli ATCC 8739	Inkubacija ≥72h, 35˚C aerobni uslovi (kvalitativna)	Potpuna inhibicija	Potpuna inhibicija	-

Referentna podloga je validovani TSA potvrđenog kvaliteta.
Testirano u skladu sa CLSI M22-A3:Clinical and Laboratory Standards Institute-Quality Control for Commercially Prepared Microbiological Culture Media;Approved Standard-Third Edition, M22-A3 Vol.24 No19, European Pharmacopeia 7.0 (04/2010:20613) i u skladu sa preporukom proizvođača dehidriranih podloga.
Napomena: n/p
Uslovi skladištenja i roktrajanja: Prema podacima na nalepnici proizvoda
Veličina serije: Ø90-1177kom
Ovim se potvrđuje da gore pomenuti LOT proizvoda zadovoljava zadate kriterijume iz specifikacije. Informacije koje su date ovde su precizne i tačne, međutim, i informacije i proizvodi su dati bez garancije za bilo koju zasebnu upotrebu, koja nije navedena u trenutnim uputstvima i datim od strane ProReady. Izveštaji o rezultatima su dati u vreme puštanja serije proizvoda



Rukovodilac kvaliteta u proizvodnji/ Lice odgovorno za kvalitet medicinskog sredstva

.

Datum izveštaja: 23.11.2026.