ProMedia doo
Proizvodno mesto: PC - PROIZVODNJA PRIPREMLJENIH MIKROBIOLOŠKIH HRANLJIVIH MEDIJUMA PROREADY, KIKINDA
Put za pristanište 140, 23300 Kikinda, Srbija;
Tel: 0230/315-045; E-Mail: office@proready.rs; Web: www.proready.rs

SERTIFIKAT ANALIZE

Šifra proizvoda: PRM1078	**Naziv: Salmonella Differential Agar Plate (RajHans)**	**Lot br: 0101926A**
Izveštaj br: 0101926A	**Datum proizvodnje: 18.11.2026.**	**Datum isteka roka: 18.03.2027.**

Sastav (u 1000 mL podloge)	
Pepton, specijalni	8,000 g
Ekstrakt kvasca	2,000 g
Natrijum deoksiholat	1,000 g
B. C. Indikator	2,000 g
Agar	12,000 g
Propilen glikol	10,000 g

Opšte karakteristike		**Kriterijum**	**Rezultat**
Boja		Svetlo narandžasta	Potvrđeno
Izgled		Providan do blago opalescentan gel	Potvrđeno
pH		Opseg: 7,3 ± 0,2	7,1
Debljina sloja		Opseg: 4-5 mm	4 mm
Test sterilnosti	Inkubacija (36 ± 2)°C, (44 ± 4) h	Bez porasta	Potvrđeno
	Inkubacija (25 ± 2)°C, 3 - 5 dana	Bez porasta	Potvrđeno

Mikrobiološke karakteristike:

Kontrolni soj	**Vrsta kontrole**	**Kriterijum**	**Rezultat ispitivanja**	**Kulturelne karakteristike**
Escherichia coli ATCC 25922	Inkubacija na 36±1°C, 18-24h, aerobni uslovi (kvantitativna)	$P_R \geq 0,5$	P_R=1,11	Plavo-zelene kolonije
Proteus mirabilis ATCC 25933	Inkubacija na 36±1°C, 18-24h, aerobni uslovi (kvantitativna)	$P_R \geq 0,5$	P_R=0,79	Bezbojne kolonije
Klebsiella pneumoniae ATCC 13883	Inkubacija na 36±1°C, 18-24h, aerobni uslovi (kvantitativna)	$P_R \geq 0,5$	P_R=0,86	Plavo-ljubičaste kolonije
Salmonella Typhimurium ATCC 14028	Inkubacija na 36±1°C, 18-24h, aerobni uslovi (kvantitativna)	$P_R \geq 0,5$	P_R=0,94	Roze crvene kolonije
Salmonella Enteritidis ATCC 13076	Inkubacija na 36±1°C, 18-24h, aerobni uslovi (kvantitativna)	$P_R \geq 0,5$	P_R=1,06	Roze crvene kolonije
Shigella flexneri ATCC 12022	Inkubacija na 36±1°C, 18-24h, aerobni uslovi (kvantitativna)	$P_R \geq 0,5$	P_R=0,83	Bezbojne kolonije
Staphylococcus aureus ATCC 25923	Inkubacija na 36±1°C, 18-24h, aerobni uslovi (kvalitativna)	Potpuna inhibicija	Potpuna inhibicija	-

Referentna podloga je validovani Tripton soja agar potvrđenog kvaliteta.
Testirano u skladu sa preporukom proizvođača dehidriranih podloga.
Napomena: Pojava kristala koja ne utiče na mikrobiološke performanse podloge.
Uslovi skladištenja i rok trajanja: Prema podacima na nalepnici proizvoda

Veličina serije: Ø90-146kom

Ovim se potvrđuje da gore pomenuti LOT proizvoda zadovoljava zadate kriterijume iz specifikacije. Informacije koje su date ovde su precizne i tačne, međutim, i informacije i proizvodi su dati bez garancije za bilo koju zasebnu upotrebu, koja nije navedena u trenutnim uputstvima i datim od strane ProReady. Izveštaji o rezultatima su dati u vreme puštanja serije proizvoda.

Rukovodilac kvaliteta u proizvodnji/ Lice odgovorno za kvalitet medicinskog sredstva

Datum izveštaja: 23.11.2026.