ProMedia doo
Proizvodno mesto: PC - PROIZVODNJA PRIPREMLJENIH MIKROBIOLOŠKIH HRANLJIVIH MEDIJUMA PROREADY, KIKINDA
Put za pristanište 140, 23300 Kikinda, Srbija;
Tel: 0230/315-045; E-Mail: office@proready.rs; Web: www.proready.rs

SERTIFIKAT ANALIZE

Šifra proizvoda: PRM1500I	**Naziv: Tryptone Salt Broth**	**Lot br: 0102426A**
Izveštaj br: 0102426A	**Datum proizvodnje: 19.11.2026.**	**Datum isteka roka: 18.01.2027.**

Sastav (u 1000 mL podloge)	
Enzimski hidrolizat kazeina	1,000 g
Natrijum hlorid	8,500 g

Opšte karakteristike		**Kriterijum**	**Rezultat**
Boja		Bezbojna do svetlo žuta	Potvrđeno
Izgled		Bistar rastvor bez precipitata	Potvrđeno
pH		Opseg: 7,0 ± 0,2	7,1
Volumen punjenja	epruvete	Opseg: 9mL	9mL
Test sterilnosti	Inkubacija (36 ± 2) °C, (44 ± 4) h	Bez porasta	Potvrđeno
	Inkubacija (25 ± 2) °C, 3 - 5 dana	Bez porasta	Potvrđeno

Mikrobiološke karakteristike:

Kontrolni soj	**Inkubacija mikroorg. U BPW**	**Vrsta kontrole**	**Kriterijum**	**Rezultat ispitivanja**	**Kulturelne karakteristike**
Escherichia coli ATCC 25922	45 min do 1 h na 20-25 °C	kvantitativna	±30%	-13%	-
Staphylococcus aureus ATCC 25923	45 min do 1 h na 20-25 °C	kvantitativna	±30%	-11%	-
Salmonella Typhimurium ATCC 14028	18 ± 2h na 37 ± 1 °C	kvalitativna	Mutnoća (1-2)	1	-

Referentna podloga je validovani Tripton soja agar potvrđenog kvaliteta.
Testirano u skladu sa SRPS EN ISO 11133:2015 i sa preporukom proizvođača dehidriranih podloga.
Napomena:n/p
Uslovi skladištenja i rok trajanja: Prema podacima na nalepnici proizvoda.

Veličina serije: 9 mL-110kom

Ovim se potvrđuje da gore pomenuti LOT proizvoda zadovoljava zadate kriterijume iz specifikacije. Informacije koje su date ovde su precizne i tačne, međutim, i informacije i proizvodi su dati bez garancije za bilo koju zasebnu upotrebu, koja nije navedena u trenutnim uputstvima i datim od strane ProReady. Izveštaji o rezultatima su dati u vreme puštanja serije proizvoda.



Rukovodilac kvaliteta u proizvodnji/ Lice odgovorno za kvalitet medicinskog sredstva

Datum izveštaja: 25.11.2026.