ProMedia doo
Proizvodno mesto: PC - PROIZVODNJA PRIPREMLJENIH MIKROBIOLOŠKIH HRANLJIVIH MEDIJUMA PROREADY, KIKINDA
Put za pristanište 140, 23300 Kikinda, Srbija;
Tel: 0230/315-045; E-Mail: office@proready.rs; Web: www.proready.rs

SERTIFIKAT ANALIZE

Šifra proizvoda: PRM144B	**Naziv: Columbia 5% Sheep Blood Agar Plate**	**Lot br: 0102626A**
Izveštaj br: 0102626A	**Datum proizvodnje: 20.11.2026.**	**Datum isteka roka: 19.01.2027.**

Sastav (u 1000 mL podloge).	
Pepton,specijalan	23,000 g
Kukuruzni skrob	1,000 g
Natrijum hlorid	5,000 g
Agar	15,000 g
Nutrient supplement S Medium	50,000 mL

Opšte karakteristike		**Kriterijum**	**Rezultat**
Boja		Crvena	Potvrđeno
Izgled		Neprovidan gel	Potvrđeno
pH		Opseg: 7,3±0.2	7,4
Debljina sloja		Opseg: 4-5 mm	4 mm
Test sterilnosti	Inkubacija (36±2)°C, (44±4) h	Bez porasta	Potvrđeno
	Inkubacija (25±2)°C, 3-5 dana	Bez porasta	Potvrđeno

Mikrobiološke karakteristike:

Kontrolni soj	**Vrsta kontrole (kvalitativna)**	**Kriterijum**	**Rezultat ispitivanja**	**Kulturelne karakteristike**
Staphylococcus aureus ATCC 25923	Inkubacija na 35°C,24h aerobni uslovi	Porast	Porast	Beličaste kolonije Hemoliza, β ili γ
Escherichia coli ATCC 25922	Inkubacija na 35°C,24h aerobni uslovi	Porast	Porast	Beličaste kolonije Bez hemolize
Streptococcus pyogenes ATCC 19615	Inkubacija na 35°C,24h CO_2 uslovi	Porast	Porast	Beličaste kolonije β hemoliza
Streptococcus pneumoniae ATCC 6305	Inkubacija na 35°C,24h CO_2 uslovi	Porast	POrast	Beličaste kolonije α hemoliza

Referentna podloga validovani Columbia 5% Sheep Blood Agar Plate potvrđenog kvaliteta.
Testirano u skladu sa CLSI M22-A3:Clinical and Laboratory Standards Institute-Quality Control for Commercially Prepared Microbiological Culture Media;Approved Standard-Third Edition, M22-A3 Vol.24 No19 i sa preporukom proizvođača dehidriranih podloga.
Napomena:n/p
Uslovi skladištenja i rok trajanja: Prema podacima na nalepnici proizvoda

Veličina serije: **Ø90-7099kom**
Ovim se potvrđuje da gore pomenuti LOT proizvoda zadovoljava zadate kriterijume iz specifikacije. Informacije koje su date ovde su precizne i tačne, međutim, i informacije i proizvodi su dati bez garancije za bilo koju zasebnu upotrebu, koja nije navedena u trenutnim uputstvima i datim od strane ProReady. Izveštaji o rezultatima su dati u vreme puštanja serije proizvoda.



Rukovodilac kvaliteta u proizvodnji/ Lice odgovorno za kvalitet medicinskog sredstva

.

Datum izveštaja: 25.11.2026.