

SERTIFIKAT ANALIZE

20Šifra proizvoda: PRM1491H	Naziv: Rappaport Vassiliadis Salmonella Enrichment Medium	Lot br: 0107225A
Izveštaj br: 0107225A	Datum proizvodnje: 11.12.2025.	Datum isteka roka: 10.04.2026.

Sastav (u 1000 mL podloge)	
Soja pepton	4,500 g
Natrijum hlorid	8,000 g
Dikalijum fosfat	0,400 g
Kalijum dihidrogen fosfat	0,600 g
Magnezijum hlorid, heksahidrat	29,000 g
Malahnit zelena	0,036 g

Opšte karakteristike		Kriterijum	Rezultat
Boja		Zeleno plava	Potvrđeno
Izgled		Bistar do blago opalescentan rastvor sa blagim precipitatom	Potvrđeno
pH		Opseg: $5,2 \pm 0,2$	5,4
Volumen punjenja	epruvete	Opseg: 9mL	9mL
	mala boca	Opseg: 250mL	/
	velika boca	Opseg: 500 mL	/
Test sterilnosti	Inkubacija (36 ± 2)°C, (44 ± 4) h	Bez porasta	Potvrđeno
	Inkubacija (25 ± 2)°C, 3 - 5 dana	Bez porasta	Potvrđeno

Mikrobiološke karakteristike:

Kontrolni soj	Vrsta kontrole (kvalitativna)	Kriterijum	Rezultat ispitivanja	Kulturelne karakteristike
<i>Salmonella</i> .Enteritidis ATCC 13076 + <i>Escherichia coli</i> ATCC 8739 + <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853	Inkubacija na 24 ± 3 h $41,5 \pm 1$ °C, aerobni uslovi	>10 kolonija na XLD agaru	>10 kolonija na XLD agaru	Crvene kolonije sa crnim centrima
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212	Inkubacija na ≥ 24 , 30-35°C, aerobni uslovi	Potpuna inhibicija	Potpuna inhibicija	-
<i>Escherichia coli</i> ATCC 8739		Potpuna ili parcijalna inhibicija	Parcijalna inhibicija	Žute kolonije

Referentna podloga je validovani XLD i TSA potvrđenog kvaliteta

Testirano u skladu sa SRPS EN ISO 11133:2015: Mikrobiologija hrane, hrane za životinje i vode — Pripremanje, proizvodnja, čuvanje i ispitivanje performansi podloga za kulturu I sa preporukom proizvođača dehidriranih podloga.

Napomena: n/p

Uslovi skladištenja i rok trajanja: Prema podacima na nalepnici proizvoda

Veličina serije: 9mL-369kom

Ovim se potvrđuje da gore pomenuti LOT proizvoda zadovoljava zadate kriterijume iz specifikacije. Informacije koje su date ovde su precizne i tačne, međutim, i informacije i proizvodi su dati bez garancije za bilo koju zasebnu upotrebu, koja nije navedena u trenutnim uputstvima i datim od strane ProReady. Izveštaji o rezultatima su dati u vreme puštanja serije proizvoda.



Rukovodilac kvaliteta u proizvodnji/ Lice odgovorno za kvalitet medicinskog sredstva

Datum izveštaja: 16.12.2025.