ProMedia doo
Proizvodno mesto: PC - PROIZVODNJA PRIPREMLJENIH MIKROBIOLOŠKIH HRANLJIVIH MEDIJUMA PROREADY, KIKINDA
Put za pristanište 140, 23300 Kikinda, Srbija;
Tel: 0230/315-045; E-Mail: office@proready.rs; Web: www.proready.rs

SERTIFIKAT ANALIZE

Šifra proizvoda: PRM430	**Naziv: Fluid Thioglycollate Medium**	**Lot br: 0113125A**
Izveštaj br: 0113125A	**Datum proizvodnje: 25.12.2025.**	**Datum isteka roka: 25.03.2026.**

Sastav (u 1000 mL podloge)	
Enzimski hidrolizat enzima	15,000 g
Ekstrakt kvasca	5,000 g
Dekstroza	5,500 g
Natrijum hlorid	2,500 g
L-cistin	0,500 g
Natrijum tioglikolat	0,500 g
Resazurin, natrijumova so	0,001 g
K Agar	0,750 g

Opšte karakteristike		**Kriterijum**	**Rezultat**
Boja		Svetlo žuta	Potvrđeno
Izgled		Bistar do blago opalescentan rastvor	Potvrđeno
pH		Opseg: 7,1 ± 0,2	7,1
Volumen punjenja	epruvete	Opseg: 15mL	15mL
	mala boca	Opseg:250 mL	/
	velika boca	Opseg: 500 mL	/
Test sterilnosti	Inkubacija (36 ± 2)°C, (44 ± 4) h	Bez porasta	Potvrđeno
	Inkubacija (25 ± 2)°C, 3 - 5 dana	Bez porasta	Potvrđeno

Mikrobiološke karakteristike:

Kontrolni soj	**Vrsta kontrole (kvalitativna)**	**Kriterijum**	**Rezultat ispitivanja**
Candida albicans ATCC 10231	Inkubacija na 30-35˚C, 48h, aerobni uslovi	Porast	Porast
Bacillus subtilis ATCC 6633	Inkubacija na 30-35˚C, 48h, aerobni uslovi	Porast	Porast
Streptococcus pyogenes ATCC 19615	Inkubacija na 30-35˚C, 48h, aerobni uslovi	Porast	Porast
Staphylococcus aureus ATCC 6538	Inkubacija na 30-35˚C, 48h, aerobni uslovi	Porast	Porast
Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027	Inkubacija na 30-35˚C, 48h, aerobni uslovi	Porast	Porast
Clostridium sporogenes ATCC 19404	Inkubacija na 30-35˚C, 48h, aerobni uslovi	Porast	Porast

Referentna podloga je validovani TSA potvrđenog kvaliteta
Testirano u skladu sa European Pharmacopeia 07/2010:20601, CLSI M22-A3:Clinical and Laboratory Standards Institute-Quality Control for Commercially Prepared Microbiological Culture Media;Approved Standard-Third Edition, M22-A3 Vol.24 No19 i sa preporukom proizvođača dehidriranih podloga.
Napomena:n/p
Uslovi skladištenja i rok trajanja: Prema podacima na nalepnici proizvoda
Veličina serije:15ml-385kom

Ovim se potvrđuje da gore pomenuti LOT proizvoda zadovoljava zadate kriterijume iz specifikacije. Informacije koje su date ovde su precizne i tačne, međutim, i informacije i proizvodi su dati bez garancije za bilo koju zasebnu upotrebu, koja nije navedena u trenutnim uputstvima i datim od strane ProReady. Izveštaji o rezultatima su dati u vreme puštanja serije proizvoda.

Rukovodilac kvaliteta u proizvodnji/ Lice odgovorno za kvalitet medicinskog sredstva

Datum izveštaja: 30.12.2025.